

Název veřejné zakázky: **Laboratorní centrifuga pro Hematologicko-transfuzní oddělení
Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **Poptávkové řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4376/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V technické specifikaci zadavatel požaduje LCD displej. Námi nabízená centrifuga je vybavena modernějším LED displejem, zatímco zadavatel požaduje LCD displej. Domníváme se, že tento parametr nemá žádný zásadní vliv na uživatelský komfort či funkčnost zařízení. Bude zadavatel akceptovat námi nabízený LED displej?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel **připouští** navrhované řešení.

Dotaz č. 2

V technické specifikaci zadavatel požaduje Automatizované otevírání víka. Naše centrifuga víko uvolní automaticky, je však nutné jej zvednout ručně do úplného otevření. Je tato specifikace pro zadavatele akceptovatelná?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel **připouští** navrhované řešení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Kateřina Kolací
Vedoucí odboru veřejných zakázek