

Název veřejné zakázky:	Výzva č. 2: Dodávka ultrazvukových přístrojů pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na dodávky
Postup:	zakázka v DNS zahájená výzvou
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	4329/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v dokumentu Výzva k podání nabídky (viz. strana 2, dole) a také v dokumentu Příloha č.2_Technická specifikace (řádek 214) uvádí: „Zadavatel v současné době disponuje 4ks sond L4-20-RS, 4ks sond C1-5-RS a 3ks 3Sc-RS vše od společnosti GE HealthCare. Zadavatel požaduje plnou kompatibilitu všech nabízených ultrazvukových přístrojů s těmito sondami.“

Náš dotaz zní, zda nedošlo k administrativní chybě v označení sondy, kdy místo označení sondy L4-20-RS má být označení L4-20t-RS? Svůj dotaz zasíláme na základě zjištění, že se nám v dostupných seznamech sond od společnosti GE Healthcare nepodařilo sondu s označením L4-20-RS nalézt. V seznamech sond je pouze sonda s označením L4-20t-RS.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uvádí, že správné označení sondy je L4-20t-RS.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Kateřina Kolací
vedoucí odboru veřejných zakázek