



Vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem:

„Dodávka periferních žilních kanyl“

Dotaz č. 1:

V příloze zadávací dokumentace č. 2 Specifikace předmětu plnění požaduje zadavatel u skupiny 3) Polyuretanové kanyly s fixačními křídly a portem. Účastník má v nabídce kanylu 24G s integrovaným portem. Podávání bolusových léků přes integrovaný port pomáhá redukovat tlak na žilní stěnu a snižuje dráždění žilního endotelu. Integrovaný port tak zajišťuje větší bezpečnost pacienta v prevenci vzniku lokálních flebitid a sepsí krevního řečiště. Vzhledem k tomu, že se 24G kanyla aplikuje převážně u malých dětí je fokus na bezpečnost prioritou v poskytování intravenózní terapie. Bude zadavatel u položky kanyla 24G s fixačními křídly a portem akceptovat plnění pomocí výše popsané kanyly s integrovaným portem?

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje u skupiny 3) Polyuretanová kanyla s fixačními křídly a portem kanyly se vstupním portem pro podání léčiva umístěným tak, aby při podání léčiva nemohlo dojít k rozpojení kanyly od infuzní linky. Umístění portu musí zaručit rychlou a bezproblémovou aplikaci léčiva i v akutních případech a zároveň nemohlo dojít ke kontaminaci. Další specifikace dle zadávací dokumentace.

Zadavatel trvá na podmínkách zadávací dokumentace.



Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

