

Název veřejné zakázky: **Laboratorní centrifuga pro Hematologicko-transfuzní oddělení
Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **Poptávkové řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4376/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci zmiňujete zdravotnický prostředek, např.: Ve smlouvě v čl. I. odst. 3 odrážce 8 píší - vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o zdravotnických prostředcích“). Nebo v čl. III odst. 2 písm. h. cca uprostřed odstavce - kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích...

V technické specifikaci není uveden požadavek na zdravotnický prostředek. Předpokládáme tedy, že nepožadujete centrifugu s IVD certifikací.

Můžete to prosím potvrdit či upřesnit?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel **požaduje** dodání zboží certifikovaného jako zdravotnický prostředek.

Dotaz č. 2

Bude zadavatel akceptovat rozsah otáček 300 - 4 500 RPM?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel **připouští** navrhované řešení za předpokladu, že RCF (maximální odstředivá síla) bude minimálně 3600 xg.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněným k výkonu funkce generálního ředitele