

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Režim veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Zadavatel:

Výzva č. 4: Myčky podložních mís, KZ, a.s. – NEMTP, NEMDC

Veřejná zakázka na dodávky
Nadlimitní veřejná zakázka
Otevřené řízení

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo:

4359/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

v TS uvádíte požadavek:

- Automatické ochlazení nádob před ukončením programu
 - Systém s HEPA filtrem

Přijme zadavatel myčku s patentovaným aktivním sušením a ochlazováním nádob bez nutnosti HEPA filtru?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel přijme i řešení bez HEPA filtru, které však musí zajišťovat, že nebude docházet k vyšší kontaminaci prostředí vlhkostí či částicemi než při použití řešení s HEPA filtrem.

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci požadujete ke každé myčce extra držák na podložní mísy a lahve. Držáky jsou již součástí mycí komory a umožňují uchycení všech běžných podložních mís a urinálních lahví. Pokud požadujete extra držák navíc, tak je ho stejně potřeba vyměnit za některý ze stávajících. Z praktického hlediska tento požadavek nedává úplně smysl, tak se chci zeptat, zda je toto pro Vás nepřekročitelný požadavek.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto požadavkem nepožaduje držák či držáky navíc, jelikož na jiném místě specifikace předmětu plnění se výslovně držáky neuvádí.

Dotaz č. 3

V technických podmínkách je uvedeno:

- Automatické ochlazení nádob před ukončením programu
o Systém s HEPA filtrem

Sušení není v technických podmínkách požadováno. Proč je proto uveden v podmínkách HEPA filtr. Ten v tomto případě nedává smysl.

Bude proto zadavatel akceptovat, když tam HEPA filtr nebude?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel sušení požaduje, a tedy upravuje svůj požadavek následovně:

- „Automatické ochlazení a sušení nádob před ukončením programu“

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Kateřina Kolací,
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek