

Název veřejné zakázky: **Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. – Speciální roletové vozíky**
Druh veřejné zakázky: **dodávky**
Druh řízení: **otevřená výzva**
Režim veřejné zakázky: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, PSČ: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4426/2025**

Vysvětlení výzvy k podání nabídek č. 1

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení výzvy k podání nabídek v rámci předmětné veřejné zakázky, týkající se doplnění technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 - Technická specifikace (dále jen „TS“) výzvy k podání nabídek, na kterou zadavatel odpovídá následovně:


Dotaz č. 1:

Dobrý den,
prosím o doplnění požadavků na rozměry pojízdné skříně, typ ISO košů (perforované nebo standartní - plné).
Děkuji a jsem s pozdravem

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje standartní ISO koše, pro výšku 10 a 20 cm plné dno a perforované bočnice, pro výšku 5 cm plné bočnice. Požaduje vkládání košů do vozíku na šířku všechny nad sebou. Rozměry vozíku jsou dány počtem ISO košů. Zadavatel záměrně neurčuje rozměr vozíku z důvodu možné účasti co nejširšího okruhu dodavatelů a rozdílného uvádění rozměrů od jednotlivých výrobců. Rozměr ISO koše je standardizovaný na 600 x 400 mm, výška koše je určena v TS.

V Ústí nad Labem dne: 20. 3. 2025


.....

vedoucí odboru veřejných zakázek