

Název veřejné zakázky: **Videolaryngoskop pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení – Nemocnice Litoměřice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka dodávky**

Režim veřejné zakázky: **VZMR s uveřejněním výzvy**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4373/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje dodání 2 ks Systém měření saturace kyslíku. Tento systém v kombinaci s monitorem nabízí pouze jeden výrobce na trhu. Rozumí tomu účastník správně, že Zadavatel akceptuje dodání monitoru pro laryngoskop a oxymetru, který je instalován na vozíku např. pod zobrazovacím monitorem?

Odpověď č. 1:

Zadavatel neakceptuje dodání samostatné monitorace SpO₂, ale trvá na dodání monitorace videolaryngoskopu a SpO₂ jedním monitorem.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Kateřina Kolací
vedoucí odboru veřejných zakázek