

Objednávka 5600075529

Datum objednávky **31.03.2025**

Vyhotovuje: **Simona PRCHALOVA**

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: **417519255**

Mobil:

Mail: **simona.prchalova@kzcr.eu**

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

BILLMED GROUP s.r.o.

Žitná 562/10

120 00 Praha 2, Nové Město

Vaše číslo dodavatele u nás

1013893

Termín dodávky: **31.03.2025**

Fakturujte se splatností 30 dnů!

IP 34245

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	107.690,00	107.690,00

Videokolonoskop CF Q145L výr.č.2200995

(Netěsnost ovladačů Up/Down, netěsnost Bioptic.kanálu, tuhé ovládání angulace, opotřebovaná manžeta BR a lepení objektivů)

Kontaktní osoba: **Šteflová, tel: 417519547**

Celk.hodn. s DPH CZK

,

107.690,00

Vystavil:.....

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: **25488627** DIČ: **CZ25488627**

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. **216686400/0300**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

BillMed Group, s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze, Sp.značka C 255755,
Sídlo : Žitná 562/10, 120 00 Praha 2 Nové Město
Tel. +420 245 009 919

Cenový návrh opravy

tento dokument je určen pouze pro zákazníka
nikoliv pro zveřejnění na internetu (Registr smluv, apod.)

Zakázka číslo:	E035.2025	Datum/číslo objednávky:	5600075217
Zákazník:	Krajská zdravotní, a. s.	Kontaktní osoba:	
oddělení:	Nemocnice Teplice, o. z.	jméno:	<u>Simona Prchalová</u>
Adresa:	Gastroenterologie	telefon:	<u>+420 417 519 253</u>
Adresa:	Duchcovská 53	mobil:	<u>+420 605 226 282</u>
Adresa:	415 29 Teplice	email:	<u>simona.prchalova@kzcr.eu</u>
Přístroj:	Video-kolonoskop	Druh opravy:	<i>pozáruční</i>
Výrobce:	Olympus	Uvedené / hlášené závady:	
Typ:	CF-Q145L		Netěsnost ovladačů Up/Down, netěsnost Bioptic.kanálu, tuhé ovládání angulace, opotřebovaná manžeta BR a lepení objektivů
Výr.č.:	2200995		

Stav přístroje:

Předmět kontroly/ Zjištěné závady:

Netěsnost ovladačů Up/Down - tuhé ovládání angulace

Netěsnost netěsnost Bioptického-pracovního kanálu

Opotřebovaná ochranná manžeta Bending rubber. Poškozené lepení objektivů distální části.

Oprava zahrnuje:

Diagnostika a kontrola stavu přístroje před započítím opravy.

Demontáž a rozebrání přístroje v úchopové - ovládací části systému angulace v rámci opravy.

Výměna Bioptického-pracovního kanálu (Biopsy channel replacement).

Výměna ovladače (knoflíku) angulace ve směru Up/Down (U/D control knob replacement).

Výměna ovladače (knoflíku) brzdy angulace ve směru R/L (R/L break cap replacement).

Výměna stoperů táhel systému angulace - vyčištění a promazání uložení systému angulace.

Seřízení a nastavení brzd pro angulaci ve směru R/L a Up/Down.

Seřízení a nastavení přístroje dle doporučení výrobce a v souladu s návodem k použití pro daný model přístroje.

Výměna ochranné manžety flexibilní části distálního konce (Bending rubber replacement).

Odstranění starého poškozeného lepení objektivů ccd snímače a světlovodů - přelepení - přetěsnění dist.části.

Vyčištění a promazání veškerých součástí přístroje v rámci opravy - přetěsnění.

Plná kontrola funkčnosti přístroje. Zkouška těsnosti přístroje až do provozní teploty 55°C.

Zkouška elektrické bezpečnosti přístroje dle předepsané a doporučené normy.

Celková částka opravy v Kč bez DPH :

89 000,00 Kč

Oprava přístroje je vždy prováděna vč. zkoušky El.bezpečnosti přístroje dle předepsané a platné normy ČSN EN 62353 - zkoušky zdravotnických elektrických přístrojů po opravách s vyhotovením předepsaného protokolu, o stavu a způsobilosti daného přístroje.

Na provedené opravy jsou poskytovány záruční podmínky shodné s těmi, které nabízejí mateřské spol.srovnatelných standardů kvality.

Na základě veškerých, uvedených, aplikovaných a kontrolovaných firemních validačních systémů vnitřní kontroly kvality procesů v servisující společnosti, jsou vyloučeny jakékoliv poškození pacientů takto opravenými a servisovanými přístroji.

Návrh vypracoval:

BillMed Group', s.r.o.

Žitná 562/ W

120 00 Praha 2

IČ: 049 24 584

.....
razítko(popdis)

Podpis/Datum

27.3.2025

Návrh převzal:

Podpis/Datum