

c/9.4.

Objednávka 4600126250

Datum objednávky 01.04.2025

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

OLYMPUS Czech Group, s.r.o.

člen koncernu

Evropská 16/176

160 41 Praha 6, Vokovice

Vaše číslo dodavatele u nás

1000052

Termín dodávky: 01.04.2025

Fakturujte se splatností 30 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	výměna soustavy filtrů u dezinfektorů 99.600,00	99.600,00

Objednáváme u Vás výměnu soustavy filtrů u automatického dezinfektoru

zn. Olympus - ETD Mini GA, double chamber,

v.č.: 2006800FR123, inv.č.: 410001874 - dolní komora

v.č.: 1906800LS290, inv.č.: 410001873 - horní komora

- oddělení centrální endoskopie Nemocnice Most, [REDACTED]

Objednávka vystavena na základě vašich cenových návrhů č.serv.obj. H000299930
a H000299931 ze dne 1.4.2025 ([REDACTED])

Celk.hodn. s DPH CZK

99.600,00

Vystavila:

Z důvodu [REDACTED]

nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Evropská 176 / 16 , 160 41 Praha 6

Cenový návrh

Adresa zákazníka:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Umístění přístroje:

Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z.
odd. centrální endoskopie
J.E.Purkyne 270

434 64 Most

Cenový návrh vytvořen: 01.04.2025
Cenový návrh expiroval: 01.06.2025
Zákaznické číslo: 2000016907
Číslo objednávky zákazníka:

Typ objednávky: Preventivní prohlídka
Číslo servisní objednávky: H000299931
Kontaktní os. zákazníka:

Prístroj 1

Typ přístroje:	ETD Mini GA, double chamber	Výrobní číslo:	1906800LS290
Katalogové číslo:	WD00503A	Servisní technik:	
Číslo servisní smlouvy:		Inv.c.:	

Uvedené závady

Závada / Příznaky / Stav / Důvod

Servisní náklady

Kód	Popis	Pocet	Jednotková cena	Sleva	Celková cena
ESM61OCG016	MSD labor	1,00	2 500,00 CZK		2 500,00 CZK
ESXTZ05	AMS Travel Zone E	1,00	5 000,00 CZK		5 000,00 CZK
Mezisoučet					7 500,00 CZK

Náhradní díly

Číslo náhradního dílu	Popis	Pocet	Jednotková cena	Sleva	Celková cena
W7130126	Filter Kleenpak Flourodyne	1,00	17 265,04 CZK		17 265,04 CZK
W7130127	Filter Kleenpak Flourodyne 0,1	1,00	17 640,08 CZK		17 640,08 CZK
Mezisoučet					34 905,12 CZK

Celkové náklady

Cena bez DPH CZK	42 405,12 CZK
21,00% DPH	8 905,08 CZK
Celková cena	51 310,20 CZK

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O. ČLEN KONCERNU

registrována dovozní a servisní organizace ve smyslu zákona č. 89/2021 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Evropská 176 / 16 , 160 41 Praha 6

Cenový návrh

Adresa zákazníka:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Umístění přístroje:

Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z.
odd. centrální endoskopie
J.E.Purkyne 270

434 64 Most

Cenový návrh vytvořen: 01.04.2025
Cenový návrh expiroval: 01.06.2025
Zákaznické číslo: 2000016907
Číslo objednávky zákazníka:

Typ objednávky: Preventivní prohlídka
Číslo servisní objednávky: H000299930
Kontaktní os. zákazníka:

Přístroj 1

Typ přístroje:	ETD Mini GA, double chamber	Výrobní číslo:	2006800FR123
Katalogové číslo:	WD00503A	Servisní technik:	
Číslo servisní smlouvy:		Inv.c.:	

Uvedené závady

Závada / Příznaky / Stav / Důvod

Servisní náklady

Kód	Popis	Pocet	Jednotková cena	Sleva	Celková cena
ESM61OCG016	MSD labor	1,00	2 500,00 CZK		2 500,00 CZK
Mezisoučet					2 500,00 CZK

Náhradní díly

Číslo náhradního dílu	Popis	Pocet	Jednotková cena	Sleva	Celková cena
W7130126	Filter Kleenpak Flourodyne	1,00	17 265,04 CZK		17 265,04 CZK
W7130127	Filter Kleenpak Flourodyne 0,1	1,00	17 640,08 CZK		17 640,08 CZK
Mezisoučet					34 905,12 CZK

Celkové náklady

Cena bez DPH CZK	37 405,12 CZK
21,00% DPH	7 855,08 CZK
Celková cena	45 260,20 CZK

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O. ČLEN KONCERNU

Registrována dovozní a servisní organizace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 9. dubna 2025 11:59
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: [EXTERNAL] objednávka

Dobrý den [REDACTED]

potvrzuji přijetí objednávky. Náš technik Vás bude kontaktovat ohledně domluvení termínu.

Děkuji a přeji krásný den.

S pozdravem,
[REDACTED]

----- Original Message -----

From: [REDACTED]
Sent: 09.04.2025 7:37
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: [EXTERNAL] objednávka

PLEASE NOTE: Please use caution when opening links and attachments in this message.

PLEASE NOTE: Please use caution when opening links and attachments in this message.

Dobrý den,

V příloze Vám zasílám objednávku č. 46/126250 – výměna filtrů u automatického dezinfektoru ETD Mini GA na oddělení centrální endoskopie Nemocnice Most.

Prosím o potvrzení přijetí této objednávky.

Děkuji, přeji hezký den.

 **Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého kraje**

[REDACTED]

referent

Oddělení zdravotnické techniky