

Název veřejné zakázky: **Dodávky sprchovacích lůžek 2025**
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: Podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4448/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Pojezdová kolečka, s možností zabrzdění, směrovou aretací, minimální průměr 12,5 cm. Bude zadavatel akceptovat průměr koleček 10 cm? Z dlouholetých zkušeností naší společnosti máme ověřeno, že kolečka na našich sprchových vozících o průměru 10 cm jsou zcela srovnatelná s kolečky 12,5 cm. Samozřejmě s možností brzdění a směrovou aretací.

Odpověď č. 1:

Zadavatel akceptuje nabízenou alternativu pojezdových koleček s možností zabrzdění, směrovou aretací a průměrem 10 cm.

Dotaz č. 2:

Nastavitelná výška v rozmezí minimálně 59-85 cm. Bude zadavatel akceptovat nastavitelnou výšku v rozmezí 49-81 cm? V nejnižší poloze se jedná o lepší parametr, než je požadováno a ve vyšší poloze nabízíme parametr s rozdílem do 5 %, což považujeme za zanedbatelný rozdíl.

Odpověď č. 2:

Zadavatel akceptuje nabízenou alternativu nastavitelné výšky v rozmezí 49-81 cm.

Dotaz č. 3:

Nosnost lůžka minimálně 180 kg. Bude zadavatel akceptovat maximální nosnost 175 kg, jedná se o rozdíl menší než 5 %, což považujeme za zanedbatelné. Bude zadavatel akceptovat sprchovací lůžko s nosností 175 kg?

Odpověď č. 3:

Zadavatel akceptuje nabízenou maximální nosnost lůžka 175 kg.

Dotaz č. 4:

Navrhujeme zadavateli zvážit zavázání se smluvně k odběru minimálního množství kusů. My, jako společnost ucházející se o zakázku, bychom jistě mohli nabídnout lepší cenu při vědomí odběru nějakého minimálního množství než s vědomím, že z předpokládaného odběru 40 ks za 36 měsíců zadavatel odebere jen několik kusů.

Odpověď č. 4:

Ne, zadavatel trvá na znění v návrhu smlouvy, kdy si vyhrazuje právo neodebrat předpokládané množství předmětu plnění.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
MUDr. Jiří Laštůvka,

zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele