

Název veřejné zakázky: **Modernizace centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem – DESIGN & BUILD**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Režim veřejné zakázky: **nadlimitní**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4306/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

V předloženém návrhu textu SoD je v čl. II. Předmět smlouvy odst. 2. část 3. FÁZE uvedeno:

- a) poskytnutí součinnosti dodavatelům zdravotnické techniky (technologií) specifikovaných v příloze č. 5 této smlouvy v rámci demontáže a odvozu stávající technologie, a dále dodání, instalace a celkového zprovoznění technologií (zejména mycích a dezinfekčních automatů, mycího a dezinfekčního automatu na kontejnery, prokládacích sterilizátorů – velkých a malých, plazmového sterilizátoru, mycího a dezinfekčního automatu endoskopů, sušící skříně na endoskopy, mycího a dezinfekčního automatu na skříně, lůžka a obuv, centrálního dávkovacího systému dezinfekce pro mycí a dezinfekční automaty, sestav úložných regálů pro sterilní a nesterilní materiál, a pro setování a mytí nástrojů);

Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení:

1. v odstavci je uvedeno, že zadavatel provede dodání a instalaci, ale jsou zde dále vyjmenované dodávky, které dle přílohy č. 7 má zadavatel zajištěny u jiných dodavatelů. Znamená to, že zadavatel smlouvy, které uzavřel na dodávku technologie převede na zhotovitele a ten jejich cenu má započítat do ceny díla, jenž má být provedeno metodou design&build?
2. Dále je zde uveden požadavek na dodávku a instalaci centrálního dávkovacího systému dezinfekce pro mycí a dezinfekční automaty. Toto zařízení není součástí předložené PD a ani nikde v předložené ZD není specifikován jeho rozsah, způsob provedení a požadavky na jeho činnost. Doplní zadavatel předloženu ZD o specifikaci požadovaného provedení, funkčnosti a rozsahu tohoto zařízení?
3. Žádáme zadavatele, aby předal uchazeči z důvodu prokazatelného a správného ocenění soupis požadované součinnosti – rozsah, způsob apod., od dodavatelů, s kterými má uzavřené smlouvy na dodávky

Odpověď č. 1:

Ad 1) Ne, demontáž i instalaci technologií budou provádět firmy, které příslušnou technologii dodávají na základě smlouvy s nimi uzavřené. Vybraný dodavatel pouze ve spolupráci s nimi připraví stavební připravenost tak, aby vlastní instalace mohla být realizována. Cena za tyto technologie a jejich odinstalace, či instalace tedy nebude započítána do ceny díla prováděného formou Design&Build. Do ceny díla ale musí být započítána cena za poskytnutí součinnosti vybraným dodavatelem ve smyslu zadávacích podmínek

Ad 2) Informace ohledně centrálního desinfekčního systému byly poskytnuty ve vysvětlení č.2 k této VZ

Ad 3) Vzor součinnosti s firmami lze najít na E-ZAKu ve smlouvě zveřejněné ve VZ pod evidenčním číslem ve VVZ: **Z2024-024788** (Sterilizátory pro CS I). Příslušnou část této smlouvy uvádím zde.

3. Předmětem této smlouvy je:

- a) *součinnost s kupujícím při přípravě veřejné zakázky na stavební práce modernizace zájmových prostor centrální sterilizace CS 1, případně další veřejné zakázky k realizaci investičního záměru kupující spočívajícího v modernizaci centrální sterilizace CS 1,*
- b) *součinnost se zhotovitelem stavby (tj. zhotovitelem rekonstruovaných a modernizovaných prostor centrální sterilizace CSI), dále v případě potřeby i projektantem dotčených prostor, včetně povinnosti účastnit se na vyžádání kupujícího kontrolních dnů na stavbě,*
- c) *realizace stavební připravenosti v souladu se zadávací dokumentací včetně jejích příloh, jejíž realizace je nutná z důvodu řádného zprovoznění předmětu plnění, nebude-li realizována kupujícím (nebo zhotovitelem stavby),*
- d) *odložení dodání dle podmínek uvedených v této smlouvě,*
- e) *doprava do místa plnění,*
- f) *zajištění montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,*
- g) *provedení všech převíracích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,*
- h) *ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného přístroje dle technické specifikace,*
- i) *instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností kupujícího (dle § 41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“), pokud se jedná o zdravotnický prostředek), včetně vystavení protokolu o instruktáži. Pokud výrobce zdravotnického prostředku nestanovil povinnost instruktáže osoby používající nebo obsluhující daný zdravotnický prostředek v návodu k použití tohoto zdravotnického prostředku, vybraný dodavatel seznámí zdravotnické pracovníky a pracovníka odboru obslužných klinických činností kupujícího s návodem k použití zdravotnického prostředku a seznámí je s riziky spojenými s jeho používáním; o seznámení dle předchozí věty vystaví vybraný dodavatel protokol,*
- j) *předání všech příslušných dokladů (dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích nebo zákona in vitro; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží, které je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazeno jako stanovené měřidlo, případně dodané zboží je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, dodání dokladů o prvotní kalibraci či metrologickém ověření),*
- k) *záruční servis za podmínek uvedených v této smlouvě,*
- l) *pozáruční servis za podmínek uvedených v této smlouvě,*
- m) *demontáž stávajícího přístroje a ekologická likvidace stávajícího přístroje,*
- n) *likvidace obalového materiálu.*

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Kateřina Kolací
vedoucí odboru veřejných zakázek