

Doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle § 99 Zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka s názvem

Jednorázové sterilní injekční stříkačky a jehly- II

1. část: Dvoudílné injekční stříkačky pro standardní jednorázové použití

Dotaz č. 1 – přesné znění dotazu

V zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem “Jednorázové sterilní injekční stříkačky a jehly” jsou v čl.7.3.2 Technická kvalifikace dle § 79 odst.2 písm. I) ZZVZ uvedeny požadavky pro předložení dokladů prokazujících shodu požadovaných výrobků s uvedenými normami.

Dotaz č.1:

Pro část 1 veřejné zakázky je požadováno splnění norem ČSN EN ISO 7886-1 (Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití – část 1: Stříkačky pro manuální použití) a ISO 594-1 (Kučelové spoje s 6% kuželem (Luer) pro injekční stříkačky, jehly a další zdravotnické přístroje; část 1: všeobecně). Je zadavatelem akceptovatelné předložení prohlášení o shodě, ve kterém bude uvedena EN 1707 (Kučelové spoje s 6% kuželem (Luer) pro injekční stříkačky, jehly a další zdravotnické přístroje – Zámkové kučelové spoje) na místo ISO 594-1?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat dodavatelem předložené prohlášení o shodě, ve kterém bude uvedena EN1707.

Na základě výše uvedených dodatečných informací upravil zadavatel na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek.

06

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627