

Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Helena Luzumová
Sociální péče 3316/12A
401 16 Ústí nad Labem

Kladno, 18.7.2013

Veřejná zakázka „Dodávka endoskopů pro Krajskou zdravotní, a.s.“ – žádost o poskytnutí dodatečných informací

Vážená paní inženýrko,

v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. žádáme o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění:

1. Hodnotícím kritériem č. 3 jsou „funkční vlastnosti“, přičemž zadavatel požaduje dle str. 18 zadávací dokumentace dodat jako součást nabídky „popis nabízených funkčních vlastností“. Vzhledem k tomu, že hodnotícím kritériem č. 2 jsou „technické parametry“, předpokládáme, že funkčními vlastnostmi jsou míněny další vlastnosti či parametry než uvedené technické parametry.
Může zadavatel poskytnout podrobnější informaci o tom, co přesně považuje za funkční vlastnosti u jednotlivých endoskopů (nejlépe z důvodu transparentnosti uvést konkrétní výčet těchto funkčních vlastností) a jakým způsobem bude tyto vlastnosti hodnotit?
2. Pokud je u některých technických parametrů uvedeno určité rozmezí, je často uvedeno neurčitě (např. průměr pracovního kanálu cca 3,1 mm).
Žádáme o upřesnění, při jaké procentní odchylce nabídnutého parametru bude zadavatel ještě akceptovat splnění požadavku definovaného rozmezím „cca“.
3. V zadávací dokumentaci je v požadavcích na technické parametry několikrát požadován „Systém pro selektivní osvětlení tkáně s výhodou“ (např. str. 4 zadávací dokumentace).
Může zadavatel blíže vysvětlit, co je tímto parametrem míněno, resp. co znamená v tomto parametru pojem „s výhodou“?
4. U videokolonoskopu v části 2 je požadována jeho celková délka cca 1900 mm při pracovní délce **min.** 1600 mm. U videokolonoskopu v části 4 je požadována jeho celková délka cca 1900 mm při pracovní délce **cca** 1300 mm.
Žádáme o kontrolu tohoto požadavku. Dle našeho názoru se může jednat o chybu v části 4, protože při pracovní délce cca 1300 mm bude celková délka kolonoskopu kratší než 1900 mm.
5. Předpokládaná cena videokolonoskopu v části 2 činí 500 000,- Kč bez DPH, předpokládaná cena videokolonoskopu v části 4 činí 800 000,- Kč bez DPH, přičemž se oba endoskopy liší s výjimkou údaje uvedeného v předchozím bodu pouze v jednom parametru nazvaném „vnější průměr zaváděcího kanálu“.

Nejedná se o chybu ve stanovení předpokládané ceny? Jako dodavatel endoskopické techniky máme přehled o cenách a takto výrazný rozdíl nemá u endoskopů s požadovanými parametry opodstatnění.

6. V části 4 Videokolonoskop na str. 5 zadávací dokumentace jsou požadovány 3 ks přístrojů. V části 6 předpokládaná hodnota veřejné zakázky je u části 4 uveden 1 ks přístroje. *Předpokládáme, že se jedná o chybu a žádáme o odstranění uvedeného rozporu.*
7. V části 5 Fibrobronchoskop požaduje zadavatel dodání přenosného bateriového zdroje s nabíječkou. Máme v úmyslu nabídnout fibrobronchoskop s moderním zdrojem světla LED s vysokou svítivostí a nízkou spotřebou, kde se jako zdroj energie používají běžně dostupné články s vysokou kapacitou a dlouhou životností. Výměnu článků provádíme v rámci BTK, případně si je může uživatel vyměnit sám (jednoduchý úkon trvající několik sekund). Uživatelsky je toto řešení praktické, neboť odpadá potřeba sledování stavu akumulátorů a jejich dobíjení.
Bude zadavatel požadovat toto řešení za řešení obdobné v rámci zadávací dokumentace s tím, že bude v rámci nabídky poskytnut dostatečný počet náhradních článků pro případ jejich nutné výměny mezi BTK?
8. V části 6 Flexibilní ureteroskop je požadován pohyb (správně má být zřejmě uvedeno ohyb) distálního konce nahoru cca 275°. *Žádáme o kontrolu, zda se nejedná o chybu.*
9. V části 7 Flexibilní cystoskop je požadován pohyb distálního konce do všech čtyř stran. *Žádáme o kontrolu, zda se nejedná o chybu.*

S pozdravem



Ing. Petr Kožner
jednatel