

Název veřejné zakázky: **Přístroj pro rozmrazování plazmy a ohřev erytrocytových transfuzních přípravků**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: VZMR
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4452/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v rámci technické kvalifikace prokázání referenčních zakázek v rozsahu „2 významných dodávek přístroje pro rozmrazování plazmy a ohřevu erytrocytových transfuzních přípravků, realizovaných v posledních 3 letech“. Musíme bohužel konstatovat, že daný typ přístroje je velmi raritní, naše společnost dodávala 2 přístroje, dodávky byly uskutečněny v roce 2017 (FNOL) a 2020 (FNHK), přičemž si nejsme vědomi žádné další dodávky v ČR (bez ohledu na dodavatele), domníváme se tedy, že je takto kvalifikace prakticky nesplnitelná.

Vlastní dotaz 1:

Umožní zadavatel dodání referenčních zakázek za období 8 let, případně např. pouze jedné za období 5 let, tak aby bylo vůbec možno se soutěže zúčastnit?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavateli postačí jedna reference za posledních 5 let.

Dotaz č. 2:

Námi nabízený přístroj umožňuje rozmrazování vaků až od objemu min. 100 ml, protože u menších vaků není možné dostatečně rychle sledovat změny teploty a měření je potom nepřesné. Akceptoval by zadavatel námi nabízené řešení, kdy objem rozmrazovaných vaků je od 100 ml?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel akceptuje i vámi nabízené řešení, a to, kdy objem rozmrazovaných vaků je od 100 ml.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele