

Název veřejné zakázky: **Dodávky vázaného spotřebního materiálu s bezplatnou výpůjčkou analyzátoru pro stanovení volných lehkých řetězců – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**  
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka dodávky nadlimitní**  
Režim veřejné zakázky: **nadlimitní**  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **4279/2025**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1:

V příloze č.2 – Technická specifikace Zadávací dokumentace – Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti uvádíte tyto parametry:

- Rok výroby analyzátoru 2022 a novější, nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a neporušuje žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.

Pro bezplatnou výpůjčku máme k dispozici analyzátor s rokem výroby 2021, který je technologií, parametry, obsluhou a portfoliem stanovení shodný s analyzátory pozdějšího data výroby. Navrhujeme, aby v rámci hodnocení nabídek byl akceptován i analyzátor, který byl vyroben roku 2021 jako splnění bodu „Rok výroby analyzátoru 2022 a novější, nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a neporušuje žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví“ uvedeného v příloze č. 2 ZD.

### Odpověď č. 1:

Zadavatel akceptuje změny navrhované tazatelem a upravuje tento bod v Příloze č. 2 – Technická specifikace následovně:

- Rok výroby analyzátoru 2021 a novější, nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a neporušuje žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.

### Dotaz č. 2:

V příloze č.2 – Technická specifikace Zadávací dokumentace – Vázaný spotřební materiál uvádíte požadavek na stanovení:

- Calprotektin (stolice)
- Pankreatická elastáza (stolice)

Reagencie pro tato stanovení nejsou v našem portfoliu – nejsme jejich výrobcem ani dodavatelem. Žádáme proto o vyjmutí těchto stanovení z oddílu „Vázaný spotřební materiál“, zároveň však na základě této skutečnosti navrhujeme zařadit do přílohy č. 2 Technická specifikace ZD bod, který se týká možnosti nastavení otevřeného kanálu na vypůjčeném analyzátoru pro zavedení těchto stanovení na základě reagencií a spotřebního materiálu poskytovaných jinými dodavateli.

**Odpověď č. 2:**

Zadavatel akceptuje změny navrhované tazatelem a v Příloze č. 2 – Technická specifikace odstraňuje ze seznamu Vázaného spotřebního materiálu stanovení: Calprotektin (stolice), Pankreatická elastáza (stolice). Zároveň do této přílohy doplňuje následující znění:

- Musí umožňovat nastavení otevřeného kanálu na vypůjčeném analyzátoru pro zavedení stanovení pro Calprotektin (stolice), Pankreatická elastáza (stolice) na základě reagencií a spotřebního materiálu poskytovaných jinými dodavateli.

Zadavatel na základě uvedeného odstraňuje daná stanovení i z Přílohy č. 6 - Rozklad nabídkové ceny.



V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....  
**MUDr. Jiří Laštůvka**  
zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek s ohledem na ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ.