

Název veřejné zakázky: **Oftalmologický ultrazvukový přístroj pro oční ambulanci
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o. z. III**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4439/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Parametr: Ultrazvuk oftalmologický – snímání B Scan – Sonda B Scan 20MHz

Dotaz: Akceptuje zadavatel frekvenci sondy B Scan 15MHz?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nepřipouští navrhované řešení.

Dotaz č. 2

Parametr: Ultrazvuk oftalmologický – snímání B Scan – Různé pozice fokusace

Dotaz: Může zadavatel specifikovat blíže výše uvedený parametr?

Odpověď na dotaz č. 2

Různé pozice fokusace znamenají, že parametry sondy B scan jsou nastaveny tak, aby poskytovaly ideální rozlišení při zobrazení různých hloubek (fokusu) struktur oka např. oblast sklivce, sítnice, orbity.

Dotaz č. 3

Ultrazvuk oftalmologický – snímání B Scan – Axiální optické rozlišení 80μm a méně
Dotaz: Akceptuje zadavatel axiální elektronické rozlišení?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel připouští navrhované řešení.

Dotaz č. 4

Ultrazvuk oftalmologický – Integrovaný ovládací systém – Rozlišení obrazů minimálně FullHD tj. 1920x1080p
Dotaz: Akceptuje zadavatel rozlišení obrazu 1280x800p?

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel nepřipouští navrhované řešení.

Dotaz č. 5

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: Snímání B-Sken: Hloubka ostrosti v rozsahu alespoň 60 mm.
Bude zadavatel akceptovat hloubku ostrosti v rozsahu 40 mm?

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel nepřipouští navrhované řešení.

Dotaz č. 6

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: Ovládací dotyková obrazovka a zároveň externí klávesnice a myš pro snadnější zadávání dat.
Bude zadavatel akceptovat přístroj bez dotykové obrazovky, s ovládáním přes externí klávesnici a myš?

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel nepřipouští navrhované řešení.

Dotaz č. 7

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: Napojitelný přídavný monitor s úhlopříčkou minimálně 22 palců.

Námi nabízený ultrazvukový přístroj má úhlopříčku displeje 21“. Bude zadavatel v tomto případě také požadovat přídavný monitor s úhlopříčkou minimálně 22“?

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel připouští navrhované řešení za předpokladu, že integrovaný displej bude s dotykovým ovládáním. V případě integrovaného dotykového displeje s velikostí 21“ zadavatel nepožaduje dodání přídavného monitoru.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněným k výkonu funkce generálního ředitele