

Název veřejné zakázky: **REHABILITACE – Přístroj pro terapii fokusovanou rázovou vlnou**

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací číslo: 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Ev. č. VZ ve Věstníku VZ: **Z2025-022331**

Č. VZ v Úředním věstníku EU (TED): **269958-2025**

Evidenční číslo: **4484/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Ohnisková vzdálenost

V technické specifikaci je uveden požadavek na velikost ohniskové vzdálenosti minimálně 5×5×30 mm. Chtěli bychom se zeptat, zda bude zadavatel akceptovat i obdobné parametry, konkrétně 4×5×35 mm, které jsou technicky srovnatelné a funkčně plně odpovídající účelu přístroje.

Odpověď č. 1:

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

Rozsah energie

Uvedený požadavek na rozsah energie je 0,01–0,65 mJ/mm². Žádáme o upřesnění, zda zadavatel bude akceptovat obdobné technické řešení s rozsahem 0,027–0,702 mJ/mm², které rovněž umožňuje plnohodnotné terapeutické využití v rámci rehabilitace.

Odpověď č. 2:

V návaznosti na obdržený dotaz zadavatel upravil požadovaný minimální rozsah energie na hodnotu 0,03–0,65 mJ/mm².

Dotaz č. 3:

Ovládání parametrů z displeje aplikátoru

Specifikace uvádí požadavek na nastavování intenzity, frekvence a počtu rázů přímo z displeje aplikátoru. Dovolujeme si upozornit, že tato funkce nemá zásadní vliv na medicínské využití přístroje, a žádáme o zrušení tohoto požadavku, aby nebylo neopodstatněně omezováno možné spektrum dodavatelů a hospodářská soutěž.

Odpověď č. 3:

Možnost upravovat parametry přímo na aplikátoru umožňuje kontinuální přizpůsobení terapie podle aktuální reakce pacienta. Například při citlivých indikacích, jako je léčba neuropatie nebo svalových poranění, může terapeut okamžitě reagovat na pacientovu zpětnou vazbu bez nutnosti přerušování léčby. Terapeut může držet aplikátor v optimální poloze a současně provádět jemné úpravy nastavení, aniž by se musel přesouvat

k samostatné konzoli. Na základě uvedených důvodů **zadavatel trvá na zachování požadavku** na nastavování intenzity, frekvence a počtu rázů přímo z displeje aplikátoru, protože tato funkce **zvyšuje kvalitu, efektivitu a bezpečnost terapie**, což je v souladu s cílem optimalizace medicínského využití přístroje.

Zadavatel uvádí, že **uvedený parametr bude hodnocen v rámci funkčního subkritéria**. V této souvislosti **byla upravena zadávací dokumentace**. Její nové znění tvoří přílohu tohoto Vysvětlení a zároveň je uveřejněno na profilu zadavatele.

Zadavatel je přesvědčen, že uvedený parametr neomezuje okruh potenciálních dodavatelů ani nenarušuje hospodářskou soutěž.

Dotaz č. 4:

Režim – sekvence a single

Žádáme o vysvětlení významu a nezbytnosti požadavku na režimy „sekvence“ a „single“ u tohoto typu přístroje. Jedná se o funkce, které nejsou běžně součástí všech komerčně dostupných zařízení, a jejich potřeba není z dokumentace zcela zřejmá.

Odpověď č. 4:

Různí pacienti mohou reagovat odlišně na terapii. Například pacienti s akutní bolestí mohou preferovat single impulsy, zatímco u chronických stavů bývá lepší aplikace v sekvenci. Přístroj s možností obou režimů umožňuje optimalizovat léčebný protokol podle diagnózy, což zvyšuje účinnost a komfort pacienta. Z těchto důvodů zadavatel trvá na znění uvedené v technické specifikaci.

Dotaz č. 5:

Požadavek na konkrétní výrobek

Na základě uvedených technických parametrů se domníváme, že specifikace odpovídá konkrétnímu zařízení jednoho výrobce (BTL). V této souvislosti žádáme zadavatele o zvážení úpravy technických podmínek tak, aby byly formulovány funkčně, nikoliv konkrétním způsobem řešení, a bylo tak umožněno širší konkurenční prostředí v souladu se zásadami transparentnosti a rovného zacházení.

Odpověď č. 5:

Zadavatel je přesvědčen, že zadávací podmínky byly stanoveny transparentně a nediskriminačně, a že nijak neomezuje okruh potenciálních dodavatelů ani nenarušuje hospodářskou soutěž. Zadavatel má za prokázané, že veřejnou zakázku na dodávku přístroje využívajícího fokusovanou rázovou vlnu mohou splnit i jiní potenciální dodavatelé.

Přílohy:

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU.

V Ústí nad Labem dne

.....
MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele