

Horkovzdušný sterilizátor

Horkovzdušný sterilizátor pro Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Most, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- 1 ks horkovzdušný sterilizátor

Minimální technické požadavky:

- Horkovzdušný sterilizátor s nucenou ventilací
- Minimální objem 245 l
- Nerezový vnitřní prostor
- Dveře na pantech s těsněním
- Počet polic minimálně 2
 - o Nosnost police minimálně 20 kg
- Nastavitelné parametry:
 - o teplota v °C
 - o doba trvání programu
 - o rychlost odvětrávání
 - o množství přísávaného vzduchu
- Teplotní rozsah minimálně 20-250 °C s přesností minimálně 0,5 °C
- Dvojitá ochrana proti přehřátí (zvukové a vizuální alarmy)
- Musí umožňovat odečet sterilizačního času až po dosažení nastavené teploty
- Sledovaná teplota v komoře
- Kalibrace dle volitelných teplotních hodnot
- Součástí dodávky kalibrační protokol
- Zvuková i vizuální signalizace ukončení cyklu
- Automatické vypnutí topení při překročení nastavené teploty o 10 °C
- Připojení do elektrické sítě – 220 (230) V / 50 Hz

Požadované příslušenství:

- Napájecí kabeláž
- Veškeré ostatní příslušenství pro uvedení přístroje do provozu a plnění účelu