

Název veřejné zakázky: **Instrumentální vybavení - síta pro cévní chirurgii na COS MNUL II**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11

Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou

B 1550

Evidenční číslo: **4447/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

V rámci části zakázky „Cévní malé síto“ je uvedena položka:

Svorka Bulldog, De Bakey, 65/115 mm, zahnutá / Svorka buldok zahnutá, délka 11,5 cm, přičemž zadavatel připouští rozměrovou toleranci min. 54/114 mm.

Stejná položka je uvedena také v části „Nástrojová síta speciální (soubor) – Shunt síto“ ve stejném znění (Svorka Bulldog, De Bakey, 65/115 mm, zahnutá / Svorka buldok zahnutá, délka 11,5 cm), avšak zde již není uvedeno, zda je přípustná stejná rozměrová tolerance.

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda je i v rámci části „Nástrojová síta speciální (soubor) – Shunt síto“ akceptovatelný rozměr minimálně 54/114 mm, stejně jako u identické položky v části „Cévní malé síto“.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští uvedenou rozměrovou toleranci.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne:

.....

Marek Sedlák

vedoucí oddělení administrace veřejných zakázek