

Název veřejné zakázky: **Operační chirurgická světla – část 1 - Operační světlo Emergency MNUL**
Druh veřejné zakázky: dodávky
Druh řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, PSČ: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4564/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel odpovídá následovně:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, zasílám níže uvedenou žádost o vysvětlení ZD: Dotaz k technické specifikaci pro část 1 (sál Emergency, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)

Zadavatel požaduje v technické specifikaci pro část 1:

1. Index podání barev Ra minimálně 95

Může uchazeč nabídnout hodnotu indexu podání barev minimálně 94? Jedná se o obdobné technické řešení, které nemá vliv na funkčnost a medicínský účel.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na technické specifikaci.

V Ústí nad Labem dne 19. 6. 2025

