

Název veřejné zakázky: **Operační chirurgická světla – část 2: Jednoramenné chirurgické svítidlo pro oční sál, NemDC**
Druh veřejné zakázky: dodávky
Druh řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, PSČ: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4565/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel odpovídá následovně:

Dotaz č. 1:

*Dobrý den, zasílám žádost o vysvětlení ZD.
Dotazy k technické specifikaci pro část 2 (oční sál Nemocnice Děčín)*

Zadavatel požaduje v technické specifikaci pro část 2:

- 1. Rozměr korpusu hlavy svítidla o průměru 35cm
Může uchazeč nabídnout rozměr korpusu svítidla o průměru 40cm? Jedná se o obdobné technické řešení, které nemá vliv na funkčnost a medicínský účel.*
- 2. Index podání barev Ra minimálně 95
Může uchazeč nabídnout hodnotu indexu podání barev minimálně 94? Jedná se o obdobné technické řešení, které nemá vliv na funkčnost a medicínský účel.*

Odpověď č. 1:

K bodu 1: Ano, zadavatel připouští navrhované řešení.

K bodu 2: Ne, zadavatel trvá na technické specifikaci.

Dotaz č. 2:

Vážený zadavateli,

v návaznosti na technický požadavek uvedený v zadávací dokumentaci pro hlavní svítidlo, konkrétně:

„Rozměr korpusu hlavy svítidla musí být průměr maximálně 57 cm, u nekuhových tvarů bez úplného vyplnění plochy kružnice je uvažován rozměr opsané kružnice k půdorysu“,

si dovoluujeme požádat o stanovisko, zda by bylo možné akceptovat svítidlo s nekuhovým tvarem hlavy, u kterého rozměr opsané kružnice v půdorysu činí maximálně 69,5 cm.

Nabízené svítidlo splňuje veškeré ostatní technické, funkční i světelné požadavky, včetně optimálního osvětlení operačního pole, nastavitelnosti a ergonomie. Zvýšený rozměr je dán specifickým designem svítidla, přičemž:

- reálný zásah do pracovního prostoru je minimální a nepřesahuje běžný standard v dané třídě zařízení,
- větší půdorysný rozměr nijak nezvyšuje hmotnost ani výšku zavěšení svítidla,
- svítidlo je plně kompatibilní s běžnými rameny a stropními nosnými systémy,
- díky širšímu tvaru zajišťuje lepší homogenitu osvětlení bez nutnosti vyšší intenzity světla nebo zvýšené tepelné zátěže,
- moderní nekruhový design rovněž umožňuje efektivnější odvod tepla a prodlužuje životnost LED modulů.

Jsme přesvědčeni, že tento rozměrový rozdíl nijak negativně neovlivňuje funkčnost, bezpečnost ani provozní vlastnosti svítidla, a naopak může přinést výhody v podobě vyššího komfortu a delší životnosti.

Děkujeme za zvážení této žádosti a těšíme se na Vaši odpověď.

Odpověď č. 2:

Zadavatel trvá na technické specifikaci.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

rádi bychom požádali o upřesnění zadávací dokumentace k předmětné zakázce "Jednoramenné chirurgické svítidlo pro oční sál Nemocnice Děčín, o.z."

1) Zadavatel požaduje: Rozměr korpusu hlavy svítidla musí být průměr maximálně 35 cm, u nekruhových tvarů bez úplného vyplnění plochy kružnice je uvažován rozměr opsané kružnice k půdorysu hlavy svítidla.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat průměr svítidla 512 mm, které ovšem váží pouze 8kg a při tomto průměru dokáže lepší osvětlení operačního pole při zastínění jednou maskou?


Za Vaše vyjádření předem děkujeme.

Odpověď č. 3:

Ne, zadavatel nově připouští rozměr korpusu hlavy svítidla maximálně o průměru 40 cm.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel aktualizuje Přílohu č. 2b zadávací dokumentace (Technická specifikace pro část 2) a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne 23. 6. 2025



.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel