

Název veřejné zakázky: **Operační chirurgická světla – část 4: Dvouramenné operační svítidlo s videokamerou a monitorem na třetím rameni pro gynekologicko-porodnickou kliniku, MNUL**

Druh veřejné zakázky: dodávky
Druh řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, PSČ: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4567/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel odpovídá následovně:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technických podmínkách pro hlavní a satelitní svítidlo uvádí následující:

Hlavní svítidlo:

Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 150 000 lux

Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně od 200 mm do 280 mm

Satelitní svítidlo:

Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 130 000 lux

Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně od 200 mm do 280 mm

Obě naše svítidla mají nové LED zdroje s intenzitou osvětlení 160 000 lx, přičemž průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1 m a při těchto intenzitách je plynule regulovatelný v rozsahu 180-270 mm. Při požadovaných intenzitách 150 klx respektive 130 klx, tak i přes menší deklarovaný maximální průměr operačního pole o 10 mm, bezpečně splní požadavek na maximální průměr 280 mm, respektive jej překoná.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat takto specifikované operační svítidlo, které má při požadovaných intenzitách i požadovaný průměr osvětleného pole a nikterak nebude ovlivněn medicínský účel použití operačního svítidla?

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel akceptuje navrhované řešení.

Dotaz č. 2:

Dobrý den, zasilám žádost o vysvětlení ZD: Dotazy k technické specifikaci pro část 4 (Gynekologicko-porodnická klinika, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)

Zadavatel požaduje v technické specifikaci pro část 4:

1. Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m u hlavního i satelitního svítidla 200 – 280mm

Může uchazeč nabídnout průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1 metr jak pro hlavní, tak satelitní svítidlo v rozmezí 210 – 350mm? Jedná se o obdobné technické řešení, které nemá vliv na funkčnost a medicínský účel.

2. Celkové vyzařování (Ee) každého svítidla maximálně 575W/m²

Může uchazeč nabídnout hodnotu celkového vyzařování 580W/m² ? Jedná se o obdobné technické řešení, které nemá vliv na funkčnost a medicínský účel.

3. Teplota chromatičnosti CCT minimálně v rozsahu 3750°K - 4750°K

Může uchazeč nabídnout měnitelnou chromatičnost v rozsahu minimálně 3800°K - 5000°K? Jedná se o obdobné technické řešení, které nemá vliv na funkčnost a medicínský účel.

Odpověď č. 2:

K bodu 1, 2 a 3: Ano, ve všech třech případech zadavatel akceptuje navrhované řešení.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

rádi bychom požádali o upřesnění zadávací dokumentace k předmětné zakázce "Operační světlo (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Gynekologicko-porodnická klinika – porodní sál)"

1) Zadavatel požaduje: Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně od 200 mm do 280 mm.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat řešení s průměrem pole 200-250 mm, kdy z mnohaleté zkušenosti z operačních sálů dodavatele je takto osvětlená plocha pro danou oblast plně dostačující?

2) Zadavatel požaduje: Minimálně 10x optický zoom, Minimálně 12x digitální zoom.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat kameru s celkovým zoomem 60x, který je z reálných zkušeností pro dané prostředí plně dostačující a efektivní?

Za Vaše vyjádření předem děkujeme.


Odpověď č. 3:

K bodu 1: Ne, zadavatel nově připouští rozsah od 210 mm do 270 mm.

K bodu 2: Ne, zadavatel trvá na specifikaci.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel aktualizuje Přílohu č. 2d zadávací dokumentace (Technická specifikace pro část 4) a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne 23. 6. 2025



MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel