

Název veřejné zakázky: **Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. – stanice porodnice II. - Zásuvkové vozíky a infuzní stojany**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh výběrového řízení: otevřená výzva

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 400 11,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4636/2025**

Vysvětlení výzvy k podání nabídek č. 1

Zadavateli byla dne 27. 6. 2025 doručena žádost o vysvětlení výzvy k podání nabídek v rámci předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel odpovídá následovně:

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci u položky 410051 vozík pracovní: „rozměr horní desky š.66 cm x h 60cm“. Standardní rozměry horní desky našeho vozíku jsou š66 cm x h 55 cm.

Bude zadavatel akceptovat tento rozměr horní desky?

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat tento rozměr horní desky. Zadavatel v tomto smyslu upravuje přílohu č. 2 - Technická specifikace.

Dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci u položky T-6603 Infuzní stojan, zvedání 1 rukou: „4xháček; nosnost 4 kg“. Výrobci těchto stojanů uvádí maximální nosnost 1 háčku 2 kg.

Má zadavatel na mysli nosností 4 kg nosnost celého stojanu nebo jednotlivého háčku?

Odpověď č. 2:

Zadavatel upravuje nosnost jednoho háčku na min. 2 kg. Zadavatel v tomto smyslu upravuje přílohu č. 2 - Technická specifikace.

Dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci u položky T-6528 vozík anesteziologický: „4x otočné antistatické kolo dmin=12 cm; 2xbrzda“. Naše standardní provedení u anesteziologických vozíků širokých 900 mm je 5 x otočné antistatické kolo o průměru 125 mm s brzdou.

Bude zadavatel akceptovat takovéto provedení?

Odpověď č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat provedení s min. 4 otočnými koly, 2x brzda, dmin 12 cm. Zadavatel v tomto smyslu upravuje přílohu č. 2 - Technická specifikace.

S ohledem na výše uvedenou změnu technické specifikace zadavatel prodlužuje u předmětné veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele.

Příloha č. 1 Vysvětlení výzvy k podání nabídek č. 1 – příloha č. 2) – Technická specifikace_uprava

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu

.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel