

Název veřejné zakázky: **REHABILITACE – Přístroj pro terapii fokusovanou rázovou vlnou**

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací číslo: 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Ev. č. VZ ve Věstníku VZ: **Z2025-022331**

Č. VZ v Úředním věstníku EU (TED): **269958-2025**

Evidenční číslo: **4484/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci zadavatel uvádí požadavek: „ovládání parametrů z displeje aplikátoru“. Současně připouští možnost účasti i dalších technických řešení, avšak s 20 % znevýhodněním v rámci hodnocení.

Dovolujeme si upozornit, že takto nastavený hodnoticí mechanismus znevýhodňuje technicky rovnocenné alternativy, zejména řešení s ovládáním pomocí nožního pedálu, které umožňuje: nastavení intenzity rázové vlny, spuštění a přerušení terapie a to bez nutnosti přerušovat ošetření. Z klinického hlediska umožňuje nožní pedál plnohodnotnou terapeutickou práci, kdy má terapeut neustálou kontrolu nad terapií a současně může udržovat aplikátor v optimální poloze. Vzhledem k tomu, že účel obou způsobů ovládání je shodný – umožnit terapeutovi průběžně upravovat terapii bez narušení jejího průběhu – pokládáme rozdílné hodnocení těchto řešení za potenciálně diskriminační a v rozporu se zásadou rovného zacházení. Žádáme proto zadavatele o upřesnění, jak bude hodnoceno technické řešení s ovládáním pomocí nožního pedálu, které zajišťuje ekvivalentní medicínský účel a funkčnost.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 2:

Účinek rázové vlny je určen energií rázu. Maximální energie rázu fokusované vlny je násobek maximální hustoty energie (požadovaná hodnota 0,65 mJ/mm²) a plochy ohniska (akceptované hodnoty 5x5mm, t.j. 25mm² nebo 4x5mm t.j. 20mm²). V případě ohniska 4x5mm je maximální požadovaná energie rázu 13mJ. Nabízíme fokusovanou rázovou vlnu s maximální hustotou energie 0,55mJ/mm² v ohnisku o průřezu 5x5mm, t.j. maximální energii rázu 13,75mJ., vyšší než požadovanou. Navrhujeme upravit požadavek na minimální rozsah energie následovně. "Minimální rozsah hustoty energie 0,03-0,55mJ/mm² a maximální energie minimálně 13mJ".

Odpověď č. 2:

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách.

V Ústí nad Labem dne

.....
Mgr. Jiří Šimon
náměstek
Úsek řízení obchodu