

Název veřejné zakázky:	Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. – stanice porodnice II. - Zásuvkové vozíky a infuzní stojany
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh výběrového řízení:	otevřená výzva
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 400 11, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	4636/2025

Vysvětlení výzvy k podání nabídek č. 2

Zadavateli byla dne 2. 7. 2025 doručena žádost o vysvětlení výzvy k podání nabídek v rámci předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel odpovídá následovně:

Dotaz č. 1:

Prosíme vás o akceptaci níže uvedených bodů.

Kód položky 410051 – Vozík pracovní

- **Rozměr horní desky:** 69x49 cm (vnější rozměry)
- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výztuhou, ocel s práškovou barvou RAL 7042(šedá), antimikrobiální povrchem
- **Pracovní deska:** z nerezové oceli AISI304 s jemným prolisem a nerezovou ohrádkou ze 3 stran z oceli AISI304 a ochrannými rohy z materiálu ABS
- **Sklopný stolek:** s jemným prolisem z nerezové oceli AISI304
- **Zásuvky:** madla i čela zásuvek z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku
- **Výška zásuvek:** výška vnitřního prostoru zásuvky pro materiál je 12 cm
- **Tlačné madlo:** postranní tlačné madlo z materiálu ABS.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na dvoustěnném provedení a pracovní desce z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS s ohrádkou beze svárů a spojů. Toto provedení minimalizuje vnější hluk při manipulaci jak s vozíkem, tak s nástroji na něm. Deska z ABS dle specifikace navíc neochlazuje nástroje, které jsou v gynekologii a porodnictví používány a tím významně zlepšuje komfort klientek. Zadavatel specifikoval, že požaduje sadu magnetických štítků, pro popis jednotlivých zásuvek. Zásuvky z ABS tento požadavek nesplňují. Zadavatel z důvodu častého používání chemie trvá na madlech kovových. Zadavatel trvá na požadavcích zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Kód položky T-6520 – Stolek instrumentační výšk. zdvih., pojízdný

- **Rozměr plata:** 65x48 cm (vnitřní rozměry)

Odpověď č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat i tento rozměr pracovní desky a v tomto smyslu upravuje Přílohu č. 2 – Technická specifikace

Dotaz č. 3:

Kód položky T-6603 – Infuzní stojan, zvedání 1 rukou

- **Výška stojanu:** 120–210 cm

Odpověď č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat i tento rozměr pracovní desky a upravuje v tomto smyslu přílohu č. 2 – Technická specifikace.

Dotaz č. 4:**Kód položky T-6330 – Vozík na 6 kontejnerů, 3x STJ**

- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výztuhou, z nerezové oceli AISI304, vyjma dveří, které jsou dvoustěnné
- **Zamykání dveří:** s běžným cylindrickým zamykáním za pomoci klíče
- **Madla dvířek:** plastová z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku
- **Kola:** 4x zinkované kolo ø16 cm s šedým běhounem, 2x brzda a plastové Nárazníky

Odpověď č. 4:

Zadavatel z důvodů uvedených již v položce **410051** trvá na dvoustěnném provedení a dalších technických parametrech. Zamykání má zadavatel jednotné na celém oddělení, zámek je univerzální s možností zabudování. Zadavatel trvá na požadavcích zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5:**Kód položky T-6526 – Stolek na EDA/MV**

- **Rozměry vozíku bez příslušenství:** š75 x h55 cm
- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výztuhou, ocel s práškovou barvou RAL 7042(šedá), antimikrobiální povrchem
- **Pracovní deska:** z nerezové oceli AISI304 s jemným prolisem a nerezovou ohrádkou ze 3 stran z oceli AISI304 a ochrannými rohy z materiálu ABS
- **Zásuvky:** vnitřní výška 1.zásuvky - 6 cm
vnitřní výška 2.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 3.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 4.zásuvky - 36 cm
madla i čela zásuvek z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku

Odpověď č. 5:

Zadavatel z důvodů uvedených již položce **410051** trvá na dvoustěnném provedení a dalších technických parametrech. Zadavatel trvá na požadavcích zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6:**Kód položky T-6527 – Instrumentační stolek na materiál u EDA**

- **Rozměry vozíku bez příslušenství:** š75 x h55 x v105 cm
- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výztuhou, ocel

s práškovou barvou RAL 7042(šedá), antimikrobiální povrchem

- **Pracovní deska:** z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a ochrannými rohy z materiálu ABS
- **Sklopný stolek:** s jemným prolisem z nerezové oceli AISI304
- **Zásuvky:** vnitřní výška 1.zásuvky - 12 cm
vnitřní výška 2.zásuvky - 20 cm
vnitřní výška 3.zásuvky - 36 cm
madla i čela zásuvek z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku

Odpověď č. 6:

Zadavatel z důvodů uvedených již položce **410051** trvá na dvoustěnném provedení a dalších technických parametrech. Zadavatel trvá na požadavcích zadávací dokumentace.

Dotaz č. 7:

Kód položky T-6528 – Vozík anesteziologický

- **Rozměry vozíku bez příslušenství:** š102 x h52 x v105 cm
- **Konstrukce vozíku:** jednostěnné provedení s antivibrační výztuhou, ocel s práškovou barvou RAL 7042(šedá), antimikrobiální povrchem
- **Pracovní deska:** z nerezové oceli AISI304 s jemným prolisem a nerezovou ohrádkou ze 3 stran z oceli AISI304 a ochrannými rohy z materiálu ABS
- **Zásuvky:** budou kompletovány vedle sebe ve dvou sloupcích
Vnitřní výška 1. zásuvek – 4,5 cm
Vnitřní výška 2. zásuvek – 12 cm
Vnitřní výška 3. zásuvek – 12 cm
Vnitřní výška 4. zásuvek – 36 cm
madla i čela zásuvek z materiálu ABS dle přiloženého vzorníku

Odpověď č. 7:

Zadavatel z důvodů uvedených již položce **410051** trvá na dvoustěnném provedení a dalších technických parametrech. Zadavatel trvá na požadavcích zadávací dokumentace.

Dotaz č. 8:

Kód položky T-6703 – Magneticky uchycený držák na plastovou misku 30x22x13 cm na dekont., sterilizace parou 134 °

- **Plastové misky:** Nerezové misky konstrukčně řešeny jinými rozměry

Odpověď č. 8:

Zadavatel objektivně není schopen posoudit výraz „jiné rozměry“. Zadavatel trvá na požadavcích zadávací dokumentace.

Dotaz č. 9:

Kód položky T-6707 – Drátěná polička 500x160x100/145 mm s magnetickým uchycením

- **Drátěná polička:** Konstrukční řešení místo drátěného systému bude plechový systém

Odpověď č. 9:

Zadavatel objektivně není schopen posoudit, „plechový systém“ Zadavatel zvolil takové řešení, které je nejvhodnější pro personál. Pokud by požadoval plné plechové police, uvede to v zadávací dokumentaci. Zadavatel trvá na požadavcích zadávací dokumentace.

Dotaz č. 10:

- Bylo by možné upřesnit dané příslušenství k daným vozíkům?

Odpověď č. 10:

Zadavatel uvedl, že příslušenství bude možné připevnit na zásuvkové vozíky nebo kovové skříně a linky umístěné v prostorech porodnice. Příslušenství je magnetické, tedy musí umožňovat připevnění na jakýkoliv vozík nebo kovový nábytek.

S ohledem na výše uvedenou změnu technické specifikace zadavatel prodlužuje u předmětné veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele.

Příloha č. 1 Vysvětlení výzvy k podání nabídek č. 2 – příloha č. 2) – Technická specifikace_uprava_VZD č. 2

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu

.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel