

Název veřejné zakázky: **Systém pro ohřev pacienta NEMTP**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4651/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace, tj. parametru uvedeného v příloze č. 3 Technická specifikace:
- Systém odolný vůči defibrilaci

Bude zadavatel akceptovat nabídku na systém pro ohřev a chlazení pacienta, který není odolný vůči defibrilaci za předpokladu, že umožňuje rychlé odpojení hadic / teplotních čidel sond od vlastního přístroje?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nepřipouští navrhované řešení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

Mgr. Jiří Šimon
vedoucí odboru veřejných zakázek