

Název veřejné zakázky: **Dodávky infuzního příslušenství I. 2025 - Část 3: Transfuzní sety**
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo ve VVZ: **Z2025-035679**
Číslo oznámení TED: **465250-2025**
Evidenční číslo: **4597/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Dobrý den,

zasíláme dotaz k části 3: Transfuzní sety. Zadavatel uvádí, že požaduje transfuzní soupravy určené pro gravitační podání a zároveň požaduje splnění normy EN ISO 1135-5.

Norma EN ISO 1135-5 stanovuje požadavky pro transfuzní soupravy určené pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením, ovšem požadavky pro transfuzní gravitační soupravy pro jedno použití stanovuje norma EN ISO 1135-4.

Chceme se proto zeptat, zda bude zadavatel akceptovat doložení normy EN ISO 1135-4.

Odpověď na dotaz č. 1

Potvrzujeme, že došlo k administrativnímu pochybení v uvedené normě. Požadavek na transfuzní soupravy určené pro gravitační podání má být spojen s normou EN ISO 1135-4, která je pro tento typ souprav relevantní.

Zadavatel tedy bude akceptovat doložení normy EN ISO 1135-4.

Upravená příloha č. 2 (Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky) bude součástí vysvětlení.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Jiří Šimon
náměstek, Úsek řízení obchodu