

Křeslo pro operátéra

Popis:

Chirurgické operační křeslo pro operátéra pro Oční oddělení Nemocnice Most, o. z. Krajské zdravotní, a. s.

Konstrukce přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu, omyvatelná dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 kus operačního křesla pro chirurgy v oftalmologii

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Křeslo pro operátéra (1 kus)

- Křeslo pro použití v prostředí operačního sálu pro výkony v oftalmologii
- Křeslo navrženo pro správné umístění operátéra a jeho rukou během lékařského zákroku
- Stabilní a odolné vůči převrácení
- Kvalitní a pohodlné polstrování pro dlouhé výkony (sedák plochý, pohyblivé područky, opěrka zad s nastavitelnou výškou)
- Sedací díl křesla
 - elektrické nastavení výšky sedáku pomocí nožního pedálu
 - nastavitelná výška sedu v rozsahu minimálně 550 až 710 mm od země
 - sedák s rovnou plochou
- Zvedací sloupek musí vydržet zatížení minimálně 120 kg
- Polohovatelné područky:
 - s nastavitelnou výškou minimálně o 125 mm
 - nastavitelný sklon opěrek umožňující
 - předozadní rotaci
 - rotaci předloktí k sobě a od sebe (vytočením (roztažením) dovnitř i ven z křesla)
 - pronaci a supinaci ruky (náklon)
- Opěrka zad s nastavitelnou výškou opěradla
- Vybaveno kolečky s rotací 360°
- Centrální brzda ovládaná nohou operátéra
- Nehlučný provoz motorů
- Provoz na baterie (nepřetržitý provoz minimálně 24 hodin)
- Nabíjení 230 V / 50 Hz
- Veškeré příslušenství pro uvedení přístroje do provozu a plnění účelu (napájecí kabely, atd.)