

Křeslo pro operátora

Popis:

Chirurgické operační křesla pro operátora na Oční kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajské zdravotní, a. s.

Konstrukce přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu, omyvatelná dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

- 2 kusy operačních křesel pro chirurgy v oftalmologii

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Křeslo pro operátora (2 kusy)

- Křeslo pro použití v prostředí operačního sálu pro výkony v oftalmologii
- Křeslo navrženo pro správné umístění operátora a jeho rukou během lékařského zákroku
- Stabilní a odolné vůči převrácení
- Kvalitní a pohodlné polstrování pro dlouhé výkony (sedák, područky, opěrka zad)
- Sedací díl křesla:
 - Elektrické nastavení výšky sedáku pomocí nožního pedálu
 - Nastavitelná výška sedu v rozsahu minimálně 575 až 730 mm od země
 - Nastavitelný předozadní posun sedáku
 - Nastavitelný sklon sedáku minimálně $\pm 3^\circ$
- Zvedací sloupek musí vydržet zatížení minimálně 140 kg
- Opěrka zad s nastavitelnou výškou opěradla
- Polohovatelné područky:
 - s nastavitelnou výškou minimálně o 125 mm
 - nastavitelný sklon opěrek umožňující
 - předozadní rotaci
 - rotaci předloktí k sobě a od sebe (vytočením (roztažením) dovnitř i ven z křesla))
 - pronaci a supinaci ruky (náklon)
- Vybaveno kolečky s rotací 360°
- Centrální brzda ovládaná nohou operátora
- Nehlučný provoz motorů
- Provoz na baterie (nepřetržitý provoz minimálně 12 hodin)
- Nabíjení 230 V / 50 Hz
- Opěrky rukou oblé s vypouklým tvarem polstrovaného povrchu
- Veškeré příslušenství pro uvedení přístroje do provozu a plnění účelu (napájecí kabely, atd.)