

Název veřejné zakázky: **Dodávky infuzního příslušenství I. 2025 - Část 4: Aspirační trny pro vícečetné odběry lékových roztoků**

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo ve VVZ: **Z2025-035679**

Číslo oznámení TED: **476088-2025**

Evidenční číslo: **4598/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Dobrý den,

v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, si Vás dovoluji požádat o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění dotazu: Jakou velikost vzduchového filtru zadavatel požaduje u modrého a zeleného aspiračního trnu?

Předem velmi děkujeme..

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje velikost vzduchového filtru u zeleného i modrého aspiračního trnu v rozmezí 0,45 – 3,0 µm.

Upravená příloha č. 2 (Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky) bude součástí vysvětlení.

Z důvodu upřesnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u 4. předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek o celou délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU.

V Ústí nad Labem dne:

.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel, Krajská zdravotní, a.s.