

Název veřejné zakázky: **Kombinovaný přístroj pro oční diagnostiku NEMMO**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4686/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

v technické specifikaci je požadováno:
Bezkontaktní měření nitroočního tlaku
o V rozsahu minimálně 0 až 60 mmHg, rozlišení minimálně 1 mmHg.
Budete akceptovat rozsah minimálně od 1 do 60 mmHg?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští navrhované řešení.

V souvislosti s výše uvedeným a nedodržením lhůty pro doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **neprodluhuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne:

Mgr. Jiří Šimon
vedoucí odboru veřejných zakázek