

Název veřejné zakázky: **Rámcová dohoda na dodávky endoskopického vybavení**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4713/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

V technických požadavcích na elektrokoagulaci je také uveden systém Plug & Play. Tento systém je především používán u chirurgických oborů, načež i počet typů elektrod, který daný systém podporují, je velice omezený. Pro použití v gastroenterologii nemá tato funkce žádný medicínsky opodstatněný význam.

Domníváme se, že došlo k administrativní chybě a uvedení této funkce vychází z obecného popisu některého konkrétního přístroje, což u takto rozsáhlé veřejné zakázky vede k omezení počtu možných uchazečů.

Bude zadavatel akceptovat přístroj, který je určen pro gastroenterologii, ale nemá funkci Plug & Play?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat výše uvedené a v tomto smyslu upravuje Přílohu č. 2 – Technická specifikace.

Dotaz č. 2:

V technických požadavcích na videogastroskop, videogastroskop-tenký a videogastroskop-terapeutický je také uvedena „podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení“. Virtuální endoskopie je medicínský plnohodnotný ekvivalent k úzkopásmovému zobrazení, což je i podloženo mnoha studiemi. Použití virtuální endoskopie vede minimálně ke stejné úspěšnosti provedených výkonů jako je při použití požadovaného úzkopásmového zobrazení.

Žádáme o vysvětlení trvání pouze na jedné z těchto funkcí, neboť pro toto neexistuje žádný opodstatněný důvod.

Odpověď č. 2:

*Ačkoliv toto není v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno, Zadavatel je připraven považovat technologie virtuální chromoendoskopie užívané u přístrojů a zařízení pro flexibilní endoskopii za srovnatelné technologie respektive odpovídající požadavku Zadavatele, protože tyto v podstatě také provádí určitou úpravu zobrazení v užším barevném rozsahu (spektu) zaměřeném na selekci více a méně prokrvených tkáňových struktur. Zadavatel doporučuje k nabídce doplnit vybrané studie pro usnadnění posuzování. Dle čl. 42 směrnice 2014/24/EU je zadavatel povinen umožnit podání nabídky, která obsahuje **rovnocenné řešení** k technickému*

požadavku uvedenému v zadávací dokumentaci, pokud uchazeč prokáže, že jeho nabídka splňuje požadavky Zadavatele.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v Příloze č. 2 Technické specifikace uvádí u Elektrokoagulace požadavek na monopolární mód „sprejová (povrchová) koagulace“. Bude zadavatel akceptovat monopolární mód „povrchová koagulace s omezenou schopností oddělování tkání“, kdy jsou tepelný účinek a rychlost koagulace regulovány volbou úrovně účinku a výkonu? Zadavatel dále požaduje tlačítko pro přepínání módů či programů na nožním pedálu. Bude akceptovat přepínání módů na úvodní obrazovce displeje přístroje?

Odpověď č. 3:

Uvedený koagulační mód vyhovuje požadavku Zadavatele. Zadavatel nadále netrvá na přepínání na nožním pedálu a v tomto smyslu upravuje Přílohu č. 2 – Technická specifikace.

V souladu s ustanovením § 99 odst. 1 ZZVZ zadavatel upravuje přílohu č. 2 - Technická specifikace.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, ačkoliv výše uvedenými upřesněními nedochází dle úsudku zadavatele ke změně okruhu možných dodavatelů, ani k podstatné změně předmětu plnění. Zadavatel se rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídky a stanovuje nový termín na **1. 9. 2025 v 15.00 hod.**

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu:

.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel