

Název veřejné zakázky: **Anesteziologické přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4621/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 pro část 2 a 4

Dotaz č. 1 pro ČÁST 4:

část 4 dotaz

zadavatel v části 4 v technické specifikaci uvádí 2x měření hloubky svalové relaxace.

V rozkladu nabídkové ceny požaduje 1x modul měření hloubky anestezie a 1x modul měření hloubky svalové relaxace.

Může prosím zadavatel specifikovat které moduly požaduje v jakém množství?

rozklad nabídkové ceny:

Modul měření hloubky anestezie (nebo externí přístroj)

Modul měření hloubky svalové relaxace (nebo externí přístroj)

technická specifikace:

Modul měření hloubky svalové relaxace umožňující měření minimálně TOF (train of four) a PCT (posttetanic count) s možností alternativního měření hloubky svalové relaxace metodou EMG (možné splnit dodáním externího přístroje se zobrazením hodnot na displeji monitoru vitálních funkcí; externí přístroj musí být součástí nabídky)

Modul měření hloubky svalové relaxace (možné splnit dodáním externího přístroje se zobrazením hodnot na displeji monitoru vitálních funkcí; externí přístroj musí být součástí nabídky) měření pomocí mechanosenzoru a EMG

Odpověď č. 1 pro ČÁST 2 a 4:

V části 2 a 4 vznikla administrativní chyba v části technických specifikací. Rozklad ceny je správně a požadavky na příslušenství také. Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným upravuje přílohu č. 2b) – Technická specifikace pro část 2 a přílohu č. 2d) – Technická specifikace pro část 4

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu:

