

Název veřejné zakázky: **Transportní ventilátor NEMTP**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad

Labem, Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4727/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

1. Zadavatel požaduje v příloze Technická specifikace Transportní ventilátor pro urgentní příjem nemocnice Teplice o.z plnění parametru: „Monitorování pomocí ovládací obrazovky, která je dotyková nebo opatřena tlačítky nebo kombinace obou možností, *kteřá musí být provedena tak, aby svrchní krycí vrstva ventilátoru přecházela bez přerušení přes ovládací tlačítka (tj. aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru) tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru. Ovládání i pomocí otočného ovladače*“.

Účastník by rád nabídnul zadavateli Transportní plicní ventilátor s monitorováním pomocí dotykové ovládací obrazovky v kombinaci s otočným ovladačem a několika tlačítky, která ale nejsou překryta svrchní krycí vrstvou, jak zadavatel popisuje ve svém požadavku.

Jako alternativní řešení k tomuto požadavku zadavatele by rád účastník nabídnul Transportní plicní ventilátor se stupněm krytí IP34 s ochranou proti tzv. stříkající vodě z libovolného úhlu, což zajišťuje, že při takovém kontaktu s tekutinou nevzniknou škody.

Účastník má za to, že tímto alternativním řešením je splněn požadavek zadavatele, který má za účel ochránit přístroj proti zatékání a že takové řešení ochrany nabízí zadavateli vyšší technickou úroveň, než je požadovaná ochrana svrchní krycí vrstvou. Tímto alternativním řešením není nijak negativně ovlivněn medicínský účel použití.

Bude zadavatel akceptovat nabídku Transportního plicního ventilátoru s monitorováním pomocí dotykové ovládací obrazovky v kombinaci s otočným ovladačem a několika tlačítky, která ale nejsou překryta svrchní krycí vrstvou s bezpečnostním krytím IP34?

Svou akceptací by tak zadavatel s péčí řádného hospodáře umožnil potenciální účast více než jednoho účastníka v tomto výběrovém řízení s následným výběrem ekonomicky nejvýhodnější cenové nabídky.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na požadavku dle technické specifikace. Tento požadavek je stanoven z důvodu zajištění maximální hygienické bezpečnosti. Podle odborných doporučení, je nutné minimalizovat riziko kontaminace povrchů, které nelze snadno dezinfikovat nebo kde může docházet k zatékání biologického materiálu. Konstrukce bez mezer mezi ovládacími prvky a krytem přístroje umožňuje efektivní čištění a dezinfekci, čímž se snižuje riziko přenosu infekce.

Dotaz č. 2

2. Zadavatel požaduje v příloze Technická specifikace Transportní ventilátor pro urgentní příjem nemocnice Teplice o.z plnění parametru: „Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu“.

Protože zadavatel přesně nespecifikuje v tomto požadavku, o jakou automatickou kompenzaci odporu ventilačního okruhu se má jednat, účastník by rád nabídnul zadavateli Transportní plicní ventilátor, který tento požadavek zadavatele řeší za pomoci pokročilého ventilačního režimu AMV (adaptivní Minutová Ventilace) s automatickou adaptací ventilačních parametrů na aktuální stav pacienta, včetně kompenzace změn odporu dýchacího systému a ventilačního okruhu s cílem dynamicky upravit tlak a objem tak, aby došlo k minimalizaci dechové práce a kompenzaci odporu okruhu.

Při plnění požadovaného parametru má aplikace režimu AMV pro zadavatele i další výhody:

- Zajišťuje cílovou minutovou ventilaci bez nutnosti manuálního nastavování
- Režim reaguje na změny odporu dýchacích cest i ventilačního okruhu
- Přizpůsobuje tlak a objem tak, aby byla minimalizována dechová práce
- Umožňuje plynulý přechod mezi řízeným a spontánním dýcháním
- Zlepšuje synchronizaci pacienta s ventilátorem, čímž snižuje riziko asynchronie
- Minimalizuje riziko barotraumatu a hypoventilace
- Režim AMV aktivně podporuje spontánní dýchání
- Umožňuje postupné snižování ventilační podpory

Na základě praktických a klinických zkušeností má účastník za to, že tímto způsobem je splněný požadavek zadavatele na automatickou kompenzaci ventilačního okruhu.

Bude zadavatel akceptovat nabídku Transportního plicního ventilátoru s ventilačním režimem AMV pro plnění svého požadavku na automatickou kompenzaci ventilačního okruhu?

Svou akceptací by tak zadavatel s péčí řádného hospodáře umožnil potenciální účast více než jednoho účastníka v tomto výběrovém řízení s následným výběrem ekonomicky nejvýhodnější cenové nabídky.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení. Nabízený režim AMV nepředstavuje ekvivalentní plnění požadavku. Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu (ATC) je požadována jako samostatná funkce ventilátoru, nezávislá na ventilačním režimu.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne:

Mgr. Jiří Šimon
vedoucí odboru veřejných zakázek