

Poskytnutí dodatečných informací č. V

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v KZ“

evidenční číslo VZ v ISVZUS: 344348

V Ústí nad Labem dne 6. 8. 2013

Dotaz č. 10:

- V projektové dokumentaci zadávací dokumentace (část 2 zadávací dokumentace) v technické specifikaci část 4 Ventilátory k ARO, JIP a transportnímu lůžku v části Ventilátor pro UPV plic pro KCC (ARO, JIP lůžko) – 4 ks je u přístroje požadováno:
1.) možnost metabolického monitoringu (EE, RQ)
2.) možnost monitorace FRC a spirodynamiky

Metabolický monitoring, monitorace FRC a spirodynamiky může u plicních ventilátorů nabídnout pouze jediný výrobce - General Electric (v ČR výhradně zastoupený firmou HOSPIMED s navazujícími společnostmi - HOYER Praha, Medisap a Technicare s přístrojem Engstrom Carestation). Uvedené parametry by proto mohly být brány jako diskriminační vyřazující ostatní uchazeče o veřejnou zakázku. Z výše uvedeného se domníváme, že tyto požadavky zadavatele jsou v přímém rozporu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Z toho důvodu žádáme zadavatele o odstranění požadavku na splnění těchto parametrů ze zadávací dokumentace v této části.

Odpověď na dotaz č. 10:

V případě těchto požadavků je slovem „možnost“ řečeno, že parametr není povinný, ale volitelný. Proto není důvod odstranit požadavky ze zadávací dokumentace.

S pozdravem


zákaznické centrum: Vaníčkova 1318/25
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 276 25 745

Ing. Lenka Leitnerová, DiS.

vedoucí odd. veřejných zakázek

Zákaznické centrum

VAHARINA a.s.

Vaníčkova 1318/25

400 01 Ústí nad Labem

e-mail: l.leitnerova@vaharina.cz

tel: +420 475 209 308