

Název veřejné zakázky: **Fotokoagulační laser pro Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4699/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

„Nastavitelný opakovací interval v rozsahu 10 až 2500 ms“

Uchazeč nabídne:

„Nastavitelný opakovací interval v rozsahu 50 až 1000 ms“

Což je funkčně, klinicky i technicky obdobné a obvyklé řešení, bude zadavatel akceptovat řešení a nevyřadí uchazeče z výběrového řízení?

Odpověď č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat výše uvedené řešení, trvá na znění Přílohy č. 2 - Technická specifikace.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

„Štěrbinová lampa musí umožňovat:

o Mikromanipulátor sloužící také k umístění laserového paprsku“

Uchazeč nabídne:

„Mikromanipulátor umístěný ergonomicky stranou základny štěrbinové lampy“

Což je funkčně, klinicky i technicky obdobné a obvyklé řešení, bude zadavatel akceptovat řešení a nevyřadí uchazeče z výběrového řízení?

Odpověď č. 2:

Zadavatel nebude akceptovat výše uvedené řešení, trvá na znění Přílohy č. 2 - Technická specifikace.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

„1 ks nožní ovladač s funkcemi minimálně (aktivace laseru, nastavení výkonu)“

Uchazeč nabídne:

„1 ks nožní ovladač s funkcí aktivace laseru; nastavení výkonu lze pomocí ergonomického oboustranného ovladače na štěrbinové lampě nebo na dotykovém displeji“

Což je funkčně, klinicky i technicky obdobné a obvyklé řešení, bude zadavatel akceptovat řešení a nevyřadí uchazeče z výběrového řízení?

Odpověď č. 3:

Zadavatel nebude akceptovat výše uvedené řešení, trvá na znění Přílohy č. 2 - Technická specifikace.

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu:

.....
Mgr. Jiří Šimon
vedoucí odboru veřejných zakázek