

### **Poskytnutí dodatečných informací č. VI**

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení  
s názvem:

**„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a  
iktových center v KZ“**

evidenční číslo VZ v ISVZUS: 344348

V Ústí nad Labem dne 13. 8. 2013

#### **Dotaz č. 11:**

„V technické dokumentaci v části 7 jsou v první části technické parametry 6 ks lineárních dávkovačů pro transportní lůžko.

Požadované parametry jsou pro infuzní pumpy – např. detektor kapek, použití infuzních setů více výrobců, ochrana proti nechtěnému vypnutí pumpy, atd.

*Dotaz zní:* Požadujete tedy lineární dávkovače nebo infuzní pumpy?

V případě požadavku na lineární dávkovač, je možné použít zadání na dávkovače uvedené v odstavci pro modulární infuzní techniku pro JIP a ARO? „

#### **Odpověď na dotaz č. 11:**

Z důvodu administrativní chyby upravujeme danou část specifikace následovně:

Požadujeme 6ks lineárních dávkovačů. Ano, je možné použít specifikaci uvedenou u modulární infuzní techniky pro JIP a ARO.

S pozdravem

**Vaharina**

zákaznické centrum: Vaníčkova 1318/25

400 01 Ústí nad Labem

IČ: 276 25 745

Ing. Lenka Leitnerová, DiS.

vedoucí odd. veřejných zakázek

Zákaznické centrum

VAHARINA a.s.

Vaníčkova 1318/25

400 01 Ústí nad Labem

e-mail: l.leitnerova@vaharina.cz

tel: +420 475 209 308