

Poskytnutí dodatečných informací č. VII

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení
s názvem:

**„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a
iktových center v KZ“**

evidenční číslo VZ v ISVZUS: 344348

V Ústí nad Labem dne 22. 8. 2013

Dotaz č. 12:

„v zadávací dokumentaci VŘ "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v KZ" je uvedeno v části 5 (odsávky k JIP a ARO lůžkům), že uchazeč musí doložit realizaci obdobných dodávek v celkové výši min. 300.000Kč včetně DPH.

Může zadavatel upřesnit jestli se jedná o jednotlivé dodávky převyšující výše uvedenou cenu? Nebo lze doložit dodávky, které byly uskutečněny v průběhu celého kalendářního roku?“

Odpověď na dotaz č. 12:

Uchazeč musí doložit realizaci obdobných dodávek v souhrnné výši min. 300.000 Kč včetně DPH, a to za období posledních 3 let.

Dotaz č. 13:

Dotaz

- V projektové dokumentaci zadávací dokumentace (část 17 zadávací dokumentace) v technické specifikaci 17 Pacientské monitory vitálních funkcí vč. centrální monitorovací stanice v technickém popisu v části centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí – 2 ks je u přístroje požadováno: **technická realizace monitorovací sítě lůžkových monitorů + centrály**

Rozumí uchazeč tomuto požadavku správně, když předpokládá, že v místě budoucí instalace této nové monitorovací sítě je již instalovaná, funkční kabelová, datová nemocniční síť, která bude využita k propojení monitorů a centrály a nebude tedy nutné takovou síť kompletně instalovat?

Odpověď na dotaz č. 13:

Ano, v místě budoucí instalace nové monitorovací sítě je již funkční kabelová a datová nemocniční síť.

S pozdravem

VAHARINA a.s.

Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00
IČ: 27625745 DIČ: CZ27625745


Ing. Lenka Leitnerová, DiS.
vedoucí odd. veřejných zakázek

Zákaznické centrum

VAHARINA a.s.

Vaníčková 1318/25

400 01 Ústí nad Labem

e-mail: l.leitnerova@vaharina.cz

tel: +420 475 209 308