

Název veřejné zakázky: **Urodynamický modulární počítačový systém pro Gynekologicko-porodnické oddělení – Nemocnice Litoměřice, o.z. II.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka dodávky**

Režim veřejné zakázky: **VZMR otevřená výzva**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4842/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V rámci zadávací dokumentace máte požadovanou záruční dobu přístroje 24 měsíců. Tento požadavek je promítnut do "Obligatočního návrhu smlouvy" a také do "Rozklad nabídkové ceny". Naše společnost standardně nabízí záruku 60 měsíců (5 let) - případně i 84 měsíců (7 let) na celý přístroj (včetně výpočetní techniky). Nevím, zda můžeme zadávací dokumenty upravit a bude tento fakt zohledněn v rámci výběrového řízení, nebo požadujete záruku snížit na 24 měsíců.

Odpověď č. 1:

Zadavatel neakceptuje nabízené řešení s delší záruční dobou. V souladu se zadávací dokumentací je stanovena jednotná délka záruky 24 měsíců pro všechny účastníky, a to z důvodu zajištění porovnatelnosti nabídek a rovného zacházení.

Zadavatel proto trvá na tom, že záruční doba přístroje musí být v délce 24 měsíců.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....

Radka Chladová

Vedoucí, Oddělení administrace veřejných zakázek