

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 950/2017

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Operační stůl pro urologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o. z. II.“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P17V00000032**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2017-004088**“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodání operačního stolu pro urologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most o. z., a to spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Cena sjednaná ve smlouvě: 793 000,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: Hypokramed s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 113
150 00 Praha 5
IČO: 49616528

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Dodavatel byl vybrán na základě hodnotících kritérií v souladu se zadávací dokumentací.

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	Hypokramed s.r.o.	Plzeňská 113 150 00 Praha 5	49616528	793 000
2.	B.Braun Medical, s.r.o.	V Parku 2335/20 Praha - Chodov, PSČ 148 00	48586285	1 172 307,84
3.	Radix CZ s.r.o.	Čáslavská 231 Kutná Hora	26774321	1 235 218

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
		Karlov 284 01		
4.	MEDISET - CHIRONAX s. r. o	Generála Svobody Dolní areál - pavilon E 370 01 České Budějovice	48200417	660 200

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
MEDISET - CHIRONAX s. r. o	Generála Svobody Dolní areál - pavilon E 370 01 České Budějovice	48200417

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Účastník nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky uvedené v zadávacích podmínkách zadavatele veřejné zakázky a to v parametrech:

- Minimální výška pracovní desky
- Indikátor stavu baterie na ovladači a základně stolu
- Opěrka hlavy pro použití v poloze flexe (pozice ledvinového můstku) – vertikální posuv hlavové části
- Zvednutí opěradla zad min. 70°

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Nebyl zjištěn střet zájmů.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):


Irelevantní, jedná se o dodávku jednoho přístroje.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Nebylo stanoveno.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 19.07.2017

Ing. Václav Štyvar, vedoucí Samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.



Krajská zdravotní, a.s. Oddělení řízení projektů a veřejných zakázek Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem IČ: 25488627 DIČ: CZ25488627

