

Poskytnutí dodatečných informací č. VIII

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v KZ“

evidenční číslo VZ v ISVZUS: 344348

V Ústí nad Labem dne 26. 8. 2013

Dotaz č. 14:

„Zadavatel v zadávací dokumentaci v části projektová dokumentace na str. 33 požaduje:

„*Systém navigace:*

- *mobilní pracovní stanice, kompatibilní s vybraným mobilním skiaskopickým ramenem pro neurovaskulární aplikace“*

Může zadavatel blíže specifikovat o jaký typ mobilního skiaskopického ramene se jedná?“

Odpověď na dotaz č. 14:

Zadavatel požaduje kompatibilitu se systémem teleskopického ramene tzv. Oarm viz část 24 zadávací dokumentace.

S pozdravem

 **Vaharina**

zákaznické centrum: Vaničkova 1318/25
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 276 25 745

Ing. Lenka Leitnerová, DiS.

vedoucí odd. veřejných zakázek

Zákaznické centrum

VAHARINA a.s.

Vaničkova 1318/25

400 01 Ústí nad Labem

e-mail: l.leitnerova@vaharina.cz

tel: +420 475 209 308