

Objednávka 5600042014

Datum objednávky 25.07.2017

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

BIONIK Stapro Group s.r.o.
Pernštýnské náměstí 51
530 02 Pardubice 2

Vaše číslo dodavatele u nás
 1011021

Termín dodávky: **28.07.2017**

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	116.760,00	116.760,00

Monitor centrální - telemetrie DS-7680W vyr.č.50000088

- nefunkční výstup DVI signálu z monitoru - (tím nefunkční přenos přes extender na kontrolní monitor interního JIPu)

Po bouři dne 20.7.2017

Pro odd. interna 3p [REDACTED]

Celk.hodn. sDPH CZK , 116.760,00

Schválil:.. [REDACTED]

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Teplice, o.z.
Duchcovská 53
415 29 Teplice

Posouzení stavu centrálního monitoru DS-7680W:

Typ: Fukuda Denshi DS-7680W
Výrobní číslo: 50000088

Na centrálním monitoru Fukuda Denshi DS-7680W byla zjištěna závada na základní desce (CPU board). Závada se projevuje nefunkčností výstupu do externího monitoru. Závada vznikla dne 20.7.2017 během bouřky při úderu blesku v blízkosti nemocnice. Vlivem přepětí se poškodil obvod pro výstup do externího monitoru.



IČ: 02040638
DIČ: CZ02040638
bionik@bionik.cz
+420 466 303 139

Pernštýnské náměstí 51
530 02 Pardubice - Staré Město



servisní technik



BIONIK Stapro Group s. r. o.
Pernštýnské náměstí 51 | 530 02 Pardubice
mobil +420 603 503 590 | tel. +420 466 303 139
www.bionik.cz | fax +420 466 303 130

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice - Staré město

tel.: 466 303 139
fax: 466 303 130

bionik@bionik.cz
www.bionik.cz

ČSOB a.s., pobočka Pardubice
261153304/0300

IČ: 02040638
DIČ: CZ02040638

Dobry den,

Objednavku prijimame. Nahradni dil je jiz objednan u vyrobce.

S pozdravem,

██████████
BIONIK Stapro Group s.r.o.
tel: ██████████

Odesláno z iPhoneu

28. 7. 2017 v 6:11, ██████████

> Dobry den pane ██████████
> Zasilám schválenou objednávku č.5600042014 na opravu centrálního
> monitoru a žádám o písemné přijetí objednávky.

>

> Děkuji

>

> S pozdravem

>

> ██████████

> Oddělení zdravotnické techniky

>

>

> Nemocnice Teplice o.z.

> Duchcovská 53

> 415 29 Teplice

>

> ██████████
██████████
██████████
████████████████████

> <http://www.kzcr.eu/>