

Název veřejné zakázky: **Monitor vitálních funkcí do prostředí MR – Masarykova nemocnice UL, o.z.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4859/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

*Monitor vitálních funkcí se v požadované konfiguraci nevyrábí. Bude zadavatel akceptovat variantu monitoru vitálních funkcí **buď** a) bez možnosti měření tělesné teploty **nebo** b) s měřením kapnometrie EtCO2 včetně Agents (anestetických plynů)?*

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat variantu monitoru bez měření tělesné teploty za předpokladu, že budou splněny ostatní požadované měřené parametry.

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 ZZVZ upravuje Přílohu č. 2 – Technickou specifikaci, viz příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Současně zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU (TED) u příslušné veřejné zakázky.

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu:

.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel