

Název veřejné zakázky: **Dodávky transportních lehátek pro Krajskou zdravotní, a.s. – 2025 II.**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11

Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4875/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Transportní lehátko

Bude zadavatel u transportního lehátka popsaného v Technické specifikaci vyžadovat zdvih ložné plochy? Tento parametr (zdvih ložné plochy) jsme nikde nenašli.

V dnešní době je už u transportních lehátek zdvih ložné plochy standard. Jde o to, aby ošetřující personál měl co nejvariabilnější možnost změny ložné plochy lehátka vůči ostatním zdravotnickým přístrojům a zařízením, na které pacienty přemísťují. Tato funkce nejen že zaručí bezpečné přesunutí pacienta (minimální riziko pádu), ale také ušetří čas a fyzické úsilí ošetřujícího personálu, který jej tak může věnovat dalším pacientům.

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že zdvih ložné plochy není podmínkou, ale zároveň není povinností nabízeného produktu, proto není uveden.

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu:

.....
Mgr. Jiří Šimon
Vedoucí Odboru veřejných zakázek