

Název veřejné zakázky: **Hysteroresektoskopy NEMDC**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4912/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

1. Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje:

Resekční bipolární koagulační kličky (počet výkonů za rok 75)
• Resterilizovatelné
• Průměr maximálně 8 mm

V rámci cenové kalkulace pak zadavatel požaduje vyplnit tabulku „Seznam započteného vázaného spotřebního materiálu“.

Mohl by prosím zadavatel upřesnit, jaké kličky (typ) požaduje a pro jaký počet výkonů předpokládá použití 1 ks resterilizovatelné kličky?

Pro správné vyplnění cenové tabulky jsou tyto konkrétní údaje nezbytné.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje resekční bipolární koagulační kličky, resterilizovatelné pro Hysteroresektop typ č. 1 a resterilizovatelné, nebo jednorázové pro Hysteroresektop typ č. 2. Průměr kličky maximálně 8 mm a tvar např. dle níže přiložených fotografií, kde jsou zachyceny z různých uhlů. Zadavatel předpokládá použití 1 ks resterilizovatelné kličky na 10 výkonů.

Dotaz č. 2

2. Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje u obou typů hysteroresektoskopů: „1 ks – bipolární kabel k resektoskopu – délka minimálně 450 cm“.


Bude zadavatel akceptovat nabídku obsahující bipolární kabely v délce 400cm?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel akceptuje nabízenou délku kabelu.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:



MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel

