

Název veřejné zakázky: **Intermitentní dialyzační přístroje - část 1: Intermitentní dialyzační přístroj – 4 ks**
Druh veřejné zakázky: **Dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**
Druh zadávacího řízení: **Otevřené**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4947/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci není uvedena žádná zmínka o kyselých koncentrátech ani o způsobu jejich přípravy či dodávky. Z tohoto důvodu není zcela zřejmé, zda zadavatel předpokládá provoz poptávaných přístrojů výhradně s hotovými dialyzačními koncentráty v jednorázových kanystrech/vacích nebo zda je zároveň uvažováno/požadováno jejich připojení na centrální systém míchání hemodialyzačních kyselých roztoků.

Uvedená informace má vliv na technické řešení a konfiguraci nabízených přístrojů. Budeme proto rádi za upřesnění, případně doplnění zadávací dokumentace v tomto směru.

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel potvrzuje, že u přístrojů bude požadováno jejich připojení na centrální systém míchání hemodialyzačních kyselých roztoků.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Jiří Šimon
Vedoucí odboru veřejných zakázek