

Název veřejné zakázky: **Intermitentní dialyzační přístroje - část 2: Intermitentní dialyzační přístroj – 5 ks + Mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy – 1 ks**

Druh veřejné zakázky: **Dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4948/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 2 Technická specifikace je v části č.1 „Intermitentní dialyzační přístroj – 4 ks v sekci Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti uveden naprosto relevantní požadavek na „Nastavitelný průtok dialyzačního roztoku u HD 300 - 800 ml/min u HDF 500 - 800 ml/min“. Tento relevantní limitní požadavek však chybí v minimálních požadovaných technických parametrech v části 2. Uchazeč má za to, že tato absence vznikla administrativní chybou, jelikož se jedná o naprosto standardní parametr, kterým disponují přístroje většiny výrobců dialyzační technologie na trhu.

Doplní zadavatel požadavek na Nastavitelný průtok dialyzačního roztoku u HD 300 - 800 ml/min u HDF 500 - 800 ml/min i do části 2 Požadovaných minimální technických a uživatelských parametrů a vlastností?

Odpověď č. 1:

Zadavatel se tímto omlouvá za administrativní pochybení. Současně doplňuje informaci o nastavení průtoku dialyzačního roztoku v minimálních technických parametrech, a to v rozsahu 300–800 ml/min pro HD a 500–800 ml/min pro HDF.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 2 Technická specifikace je v sekci „hodnocených parametrů –podkročitelné“ uveden požadavek na „nastavitelný průtok dialyzačního roztoku v rozmezí 300 – 800 ml/min“. Avšak toto rozmezí nastavení průtoku dialyzačního roztoku je standardní a neodpovídá to hodnocenému parametru s hodnotou 10 bodů. Uchazeč má za to, že tento hodnocený požadavek na standardní rozmezí vznikl administrativní chybou a zadavatel měl spíše na mysli požadavek na provádění tzv. SLEDD dialyzačních procedur. SLEDD je velmi pomalá a dlouhá dialyzační procedura, která může využita mj. i pro léčbu velmi akutních pacientů (tzv. z ulice) s využitím velmi nízkého průtoku dialyzačního roztoku od 100 ml/min.

Změní zadavatel tento hodnocený parametr na „nastavitelný průtok dialyzačního roztoku v rozmezí 100 – 800 ml/min“?

Odpověď č. 2:

Zadavatel se omlouvá za administrativní pochybení a uvádí, že došlo ke změně hodnoceného parametru, který je nově stanoven jako „nastavitelný průtok dialyzačního roztoku v rozmezí 100–800 ml/min“.

Součástí tohoto vysvětlení je rovněž aktualizovaná příloha č. 2 – Technická specifikace, ve které jsou uvedené údaje upraveny v souladu s tímto doplněním.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Jiří Šimon
Vedoucí odboru veřejných zakázek