

Název veřejné zakázky: **Intermitentní dialyzační přístroje - část 2: Intermitentní dialyzační přístroj – 5 ks + Mobilní úprava vody na principu reverzní osmózy – 1 ks**

Druh veřejné zakázky: **Dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4948/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

Specifikace – rozdíl v délce pozáručního servisu

V zadávací dokumentaci v příloze č. 4 Obligatorní návrh kupní smlouvy je uvedeno, že zadavatel požaduje nacenit pozáruční servis nabízeného zboží po dobu 60 měsíců. Oproti tomu v příloze č. 6b – Rozklad nabídkové ceny je uveden požadavek na nacenění pozáručního servisu na dobu 72 měsíců, jak u intermitentních dialyzačních přístrojů, tak u mobilní úpravy vody. Uchazeči tak není jasné, na jak dlouhou dobu požaduje zadavatel nacenit pozáruční servis nabízeného zboží. Vyjasní a sjednotí zadavatel požadovaný počet měsíců pro nacenění pozáručního servisu v příloze číslo 4 - Obligatorní návrh kupní smlouvy a v příloze č. 6b – Rozklad nabídkové ceny?

Odpověď č. 1:

Zadavatel se tímto omlouvá za drobnou administrativní chybu v příloze č. 4 – Obligatorní návrh kupní smlouvy, kde je nesprávně uvedena délka pozáručního servisu. Správná délka pozáručního servisu činí 72 měsíců. Součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž aktualizovaná příloha č. 4 – Obligatorní návrh kupní smlouvy, ve které jsou dotčené údaje upraveny a uvedeny do souladu s tímto doplněním.

Dotaz č. 2:

Specifikace – Celková částka pozáručního servisu

V zadávací dokumentaci v příloze č. 4 Obligatorní návrh kupní smlouvy v článku X. odst. 3 je uvedeno, že kupující se zavazuje zaplatit celkovou částku za pozáruční servis. Dále v příloze č. 6b – Rozklad nabídkové ceny je uveden požadavek na nacenění pozáručního servisu za zásah i za celkovou dobu vždy za 1ks. Oproti tomu je ve stejné tabulce uveden požadavek na všech 5 dialyzačních přístrojů a vázaný spotřební materiál na 48 měsíců. Uchazeč si tedy není jistý, zda má nacenit pozáruční servis na celou dobu pro všech 5 poptávaných dialyzačních přístrojů nebo pouze na 1ks. Vyjasní zadavatel nacenění pozáručního servisu? Má uchazeč nacenit pozáruční servis pro 1 nebo pro 5 dialyzačních přístrojů?

Odpověď č. 2:

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 4 – Obligatorní návrh kupní smlouvy, čl. X odst. 3, je uvedena celková částka za pozáruční servis pouze informativně, a to za účelem vyjádření celkového finančního rozsahu plnění po celou dobu trvání pozáručního servisu.

Tato částka nepředstavuje jednorázovou splatnou úplatu. Způsob úhrady je v témže odstavci dále jednoznačně specifikován, když se uvádí, že:

„Úplata za poskytování pozáručního servisu bude kupujícím hrazena průběžně v ročních platbách.“

Pozáruční servis účastník vycení v rozkladu nabídkové ceny tak, že do sloupce D (cena za 1 zásah), E (cena za 1 zásah), F (cena za 72 měsíců) a G (cena za 72 měsíců) uvede ceny k 1 ks, ale do nabídkové ceny (sloupec H, I a J) uvede již celkové ceny za 5 ks a na 6 let.

S ohledem na provedené sjednocení údajů v závazných dokumentech zadávací dokumentace a za účelem zajištění dostatečného časového prostoru pro zohlednění této úpravy při zpracování nabídek se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Jiří Šimon
Vedoucí odboru veřejných zakázek