

Poskytnutí dodatečných informací č. 12-13

v zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení

Název veřejné zakázky

CT přístroj pro Krajskou zdravotní, a.s.- Nemocnici Teplice,o.z.

evidenční číslo v ISVZUS

7202011019851

Dotaz č. 12 (přesné znění dotazu)

„Zadavatel uvádí v bodě 4 – Technické podmínky – „Specifikace minimálních parametrů CT přístroje“, požadavek na stůl umožňující rozšířený rozsah skenování min 190 cm ve spirálním módu. Je pro zadavatele akceptovatelné dodání CT přístroje se stolem umožňujícím skenování 189 cm ve spirálním módu?“

Odpověď na dotaz č. 12

Zadavatel vzhledem k minimálnímu vlivu na skenovaný rozsah bude akceptovat dodání CT přístroje se stolem umožňujícím skenování 189 cm ve spirálním módu.

Dotaz č. 13 (přesné znění dotazu)

Zadavatel uvádí v bodě 7 – Způsob a kritéria hodnocení nabídek – „Postup hodnocení-tab.č.1 – výkon generátoru ... (bude hodnocena max. hodnota)

Bude zadavatel akceptovat pouze absolutní hodnotu výkonu přístroje, nebo lze použít normalizované hodnoty v závislosti na dalších parametrech přístroje?

Odpověď na dotaz č. 13

Zadavatel bude akceptovat pouze absolutní hodnotu výkonu přístroje.

S pozdravem



Ing. Václav Štyvar
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
Krajská zdravotní, a.s.

V Ústí nad Labem, 3.9.2012