

Název veřejné zakázky: **Výzva č. 1: Elektrochirurgický generátor pro oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem**
Druh veřejné zakázky: dodávky
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v Dynamickém nákupním systému na dodávky chirurgických koagulačních přístrojů
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4808/2026**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje: „Generátor musí pro bipolární řez dosahovat výkonu minimálně 120 W“.

Rádi bychom se tímto informovali, zda-li bude zadavatel akceptovat, pokud bychom nabídli generátor s výkonem 100 W pro bipolární řez i bipolární koagulaci?

Současně žádáme o upřesnění, jaký nástroj plánuje zadavatel použít v rámci uvedeného oboru (ÚČOCH) při využití bipolárního řezu s uvedeným minimálním výkonem 120 W, když v technické specifikaci se žádný pro tento účel použitelný nástroj nespecifikuje?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na původním požadavku. Oddělení plánuje navýšení chirurgických výkonů, pro které je potřeba vyšší výkon.

Dotaz č. 2:

V rámci dodání příslušenství k elektrochirurgickému generátoru zadavatel uvádí pojem „Bipolární kleště“.
Domníváme se správně, že zadavatel má na mysli bipolární pinzety?

Odpověď č. 2:

Ano, jedná se o bipolární pinzety.

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu:

.....
Radka Chladová
Vedoucí oddělení
administrace veřejných zakázek